



Class. 11.4.3 fasc. 26/2018

FORNITURA A NOLEGGIO DI:

- APPARECCHIATURE E SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA
  - APPARECCHIATURE E SISTEMI PER REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI
    - SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTALE
- PER LE UU.OO.CC. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA  
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI.

\* \* \* \* \*

**RICHIESTA CHIARIMENTI N. 4**

In riferimento al Capitolato Tecnico, più precisamente al Paragrafo: "3.3 - LOTTO 3 - SISTEMI DI DISINFEZIONE, ASCIUGATURA E TRASPORTO PER STRUMENTAZIONE ENDOSCOPICA - QUANTITA", si indica come Quantità Garantita la fornitura di 40 Vasche più, eventualmente 10 Vasche opzionali, tuttavia, si porta all'attenzione il fatto che nel Paragrafo: "3.3.1 - LOTTO 3 - SISTEMI DI DISINFEZIONE, ASCIUGATURA E TRASPORTO PER STRUMENTAZIONE ENDOSCOPICA - CARATTERISTICHE TECNICHE" viene riportata la Tabella dei Cicli Anni previsti e che dall'Analisi di questa risulta che il Numero di Vasche richieste risulta eccessivo.

Alla luce di ciò si richiede di aprire alla possibilità di offrire un numero di vasche inferiore a quanto richiesto a patto che si rispetti la tabella riferita ai cicli annui riportata e che l'Offerta comprenda un numero di macchine tali da permettere l'esecuzione di un numero di cicli superiore rispetto al numero preventivato, ad esempio garantendo almeno il 30% oppure 50% di cicli in più rispetto all'indicazione riportata in gara. Tale evidenza dovrà essere comprovata in sede di offerta tecnica dimostrando il requisito di produttività richiesta. Tutto questo per agevolare la proposta di soluzioni tecnologiche attualmente presenti sul mercato che consentono a parità di servizio offerto in termini di produttività e garanzia delle prestazioni la fornitura di macchine moderne e altamente performanti.

**RISPOSTE CHIARIMENTI N. 4 (Registro di Sistema: PI082409-18 )**

**Risposta:** La richiesta, descritta in capitolato, del numero di vasche necessarie, non è suscettibile di variazioni. Tale numero è stato stimato non solo come mero rapporto tra numero di cicli previsti e tempo di esecuzione degli stessi, ma anche tenendo in conto delle stime di incidenza di guasto delle apparecchiature, di tutte le variabili temporali conseguenti le diverse modalità organizzative e gestionali delle diverse UU.OO utilizzatrici, oltre che dell'incidenza di possibili picchi di flussi di lavoro.

D'ordine del RUP