SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

A.U.S.L. della Romagna
Prot: 2018/0220274/P
del 31/08/2018

Class. 11.4.3 fasc. 26/2018

FORNITURA A NOLEGGIO DI:
- APPARECCHIATURE E SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA
- APPARECCHIATURE E SISTEMI PER REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI
- SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTALE

PER LE UU.OO.CC. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI.

* * * * * * *

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1:

Quesito 1: In riferimento al Capitolato Speciale, più precisamente al Paragrafo: "3.3.1: LOTTO 3 - SISTEMI DI DISINFEZIONE, ASCIUGATURA E TRASPORTO PER STRUMENTAZIONE ENDOSCOPICA - CARATTERISTICHE TECNICHE", in particolare al punto: "Conformità alle principali normative di riferimento", nello specifico al secondo punto dell'elenco puntato: "Analisi del rischio conforme alla EN ISO 14791:2007", si ritiene che il riferimento normativo inserito sia errato e che il riferimento normativo che si volesse indicare fosse la Norma EN ISO 14971:2007. Si richiede pertanto conferma di ciò.

Quesito 2: In riferimento al Capitolato Speciale, più precisamente all'Art.10 "OFFERTA TECNICA", in particolare al punto: "b) relazione tecnica", viene indicato un numero massimo di pagine inferiore a 30; nello stesso punto, poche righe dopo viene indicato che la relazione tecnica dovrà essere integrata dal documento che andrà ad essere identificato come "QUESTIONARIO TECNICO", si richiede pertanto se tale QUESTIONARIO TECNICO sarà conteggiato nel computo delle pagine della Relazione Tecnica o meno.

Quesito 3: In riferimento al LOTTO 3: Dati i vincoli spaziali presenti nelle varie Strutture e vista la possibilità di raggiungere il numero di vasche richieste da Capitolato anche attraverso la fornitura di macchine ad una sola vasca, si richiede che vengano messe a disposizione le planimetrie delle strutture interessate dalla fornitura con indicazione dell'attuale posizionamento delle apparecchiature per disinfezione e lavaggio degli endoscopi. Ciò al fine di poter formulare un'offerta il più possibile congrua alle esigenze della Stazione Appaltante.

RISPOSTE CHIARIMENTI N. 1 (registro sistema `PI079318-18`)

Risposta 1: Si rileva in effetti una inversione delle cifre nell'indicazione della Norma che è da intendersi correttamente come EN ISO 14971:2007

Risposta 2: Il questionario tecnico non viene conteggiato nel numero di pagine della relazione tecnica. Al riguardo si specifica che sulla piattaforma SATER nell'offerta tecnica è previsto il caricamento - tra gli altri documenti obbligatori da presentare - di separati documenti, uno denominato "relazione tecnica" e l'altro "questionario tecnico".

Risposta 3: Come richiesto, il più presto possibile verranno rese disponibili le planimetrie in questione sulla piattaforma SATER in questa stessa sezione "chiarimenti".

D'ordine del RUP