


2018 / N. 4.3 - 26



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

A.U.S.L. della Romagna

Prot: 2018/0222552/P
del 04/09/2018



Class. 11.4.3 fasc. 26/2018

FORNITURA A NOLEGGIO DI:

- APPARECCHIATURE E SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA
 - APPARECCHIATURE E SISTEMI PER REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI
 - SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTALE
- PER LE UU.OO.CC. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI.

* * * * *

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2:

Quesito: In riferimento al Capitolato Speciale, più precisamente al Paragrafo: '3.3.1: LOTTO 3 - SISTEMI DI DISINFEZIONE, ASCIUGATURA E TRASPORTO PER STRUMENTAZIONE ENDOSCOPICA - CARATTERISTICHE TECNICHE', in particolare al Punto: "Dimensioni complessive compatibili con gli spazi limitati presenti nelle strutture (larghezza indicativa non superiore a circa 95 cm)", a seguito di sopralluogo si ritiene che l'indicazione di larghezza massima indicata di 95 cm non sia necessaria e faccia riferimento ad un numero molto limitato di ambiti applicativi per i quali, tra l'altro, si può sopperire con la fornitura di una macchina monovasca. A fronte di ciò, si richiede che l'indicazione in merito alla larghezza sia rimossa in quanto immotivatamente restrittiva.

RISPOSTE CHIARIMENTI N. 2 (registro sistema PI079353-18)

Risposta: L'indicazione presente in capitolato "...larghezza indicativa non superiore a circa 95 cm..." rappresenta informazione aggiuntiva per meglio indicare gli attuali vincoli di spazio presenti in alcune strutture, relativamente alle dimensioni di una lavaendoscopi doppia vasca. La non rispondenza non costituisce motivo di esclusione, anche alla luce delle successive precisazioni relative alla possibilità di presentare apparecchiature a singola vasca, pur nel rispetto dei vincoli esplicitati.

D'ordine del RUP