

Gara a procedura aperta per la fornitura di FORNITURA DI PIASTRE O PLACCHE MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE, CARADIOVERSIONE SINCRONIZZATA, STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSTORACICA E MONITORAGGIO PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – suddivisa in 9 lotti distinti per la durata di anni 2 con opzione di rinnovo per 1 ulteriore anno, ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Rif. Sater	QUESITO	RISPOSTA
PI221265-19 del 29/07/2019	In riferimento al Lotto 7, punto a) ADULTI per defibrillatori HEARTSTART FRX e HEARTSTART FR3- fabbisogno biennale presunto 180 - si chiede di suddividere il fabbisogno presunto per modello FRX e FR3	Si conferma per il Lotto 7 rif.to a) il fabbisogno biennale presunto pari a n. 180 Elettrodi multifunzione monouso, originali e riconosciuti dal produttore o FUNZIONALMENTE EQUIVALENTI per uso con defibrillatori SEMIAUTOMATICI PHILIPS MEDICAL SYSTEMS/LAERDAL MEDICAL ADULTI per defibrillatori HEARTSTART FRX e HEARTSTART FR3, come da capitolato speciale e prestazionale