

Gara a procedura aperta per la fornitura di FORNITURA DI PIASTRE O PLACCHE MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE, CARDIOVERSIONE SINCRONIZZATA, STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSTORACICA E MONITORAGGIO PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – suddivisa in 9 lotti distinti per la durata di anni 2 con opzione di rinnovo per 1 ulteriore anno, ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Rif. Sater	QUESITO	RISPOSTA
PI221265-19 del 29/07/2019	In riferimento al Lotto 7 , punto a) ADULTI per defibrillatori HEARTSTART FRX e HEARTSTART FR3- fabbisogno biennale presunto 180 - si chiede di suddividere il fabbisogno presunto per modello FRX e FR3	Si conferma per il Lotto 7 rif.to a) il fabbisogno biennale presunto pari a n. 180 Elettrodi multifunzione monouso, originali e riconosciuti dal produttore o FUNZIONALMENTE EQUIVALENTI per uso con defibrillatori SEMIAUTOMATICI PHILIPS MEDICAL SYSTEMS/LAERDAL MEDICAL ADULTI per defibrillatori HEARTSTART FRX e HEARTSTART FR3, come da capitolato speciale e prestazionale
PI221265 del 30/07/2019	In riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: Lotto 2: Il defibrillatore Tec-5631 può essere corredato da due differenti cavi per l'uso delle piastre. Per poter dare una risposta corretta, vi chiediamo il codice del cavo utilizzato o ancora meglio, i codici delle piastre utilizzate fino ad oggi. Lotto 3-4: Chiediamo maggiori chiarimenti sui motivi della divisione in due lotti delle piastre per defibrillatori Zoll, in quanto nell'allegato A gli apparecchi fanno parte di un'unica lista e possono utilizzare tutti (bifasici e monofasici) gli stessi modelli di	Lotto 2: Per la formulazione dell'offerta tecnica si ribadiscono i requisiti specificati nel capitolato tecnico. Lotto 3-4: La suddivisione operata mira a garantire che per i defibrillatori bifasici vengano offerte piastre idonee per questo tipo di funzionamento. Lotto 7: Si conferma la suddivisione in lotti e le specifiche tecniche definite nel capitolato tecnico. Allegato B (questionario informazioni tecniche)

	<p>piastre.</p> <p>Lotto 7: Per l'apparecchio FRX non esistono sul mercato piastre funzionalmente equivalenti, pertanto la sua presenza nel lotto limiterà la partecipazione ad una sola azienda. Chiediamo di predisporre lotto separato, dato che non crediamo sia possibile partecipare per singolo riferimento.</p> <p>Nell'allegato B (questionario informazioni tecniche) si chiede la compatibilità RMN. Chiediamo conferma che debba essere un requisito Non Applicabile in quanto ci risulta che sul mercato non ci siano piastre con questa caratteristica.</p>	<p>compatibilità RMN: Il questionario tecnico non definisce requisiti di minima, ma ha il solo scopo di avere una descrizione di vari aspetti tecnici dei prodotti ai fini della valutazione.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------