

**Gara a procedura aperta per la fornitura di FORNITURA DI PIASTRE O PLACCHE MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE, CARDIOVERSIONE SINCRONIZZATA, STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSTORACICA E MONITORAGGIO PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – suddivisa in 9 lotti distinti per la durata di anni 2 con opzione di rinnovo per 1 ulteriore anno, ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.**

Rif. Sater	QUESITO	RISPOSTA
PI227860-19 del 29/07/2019	In riferimento al <b>Lotto 7</b> , punto a) <b>ADULTI</b> per defibrillatori HEARTSTART FRX e HEARTSTART FR3- fabbisogno biennale presunto 180 - si chiede di suddividere il fabbisogno presunto per modello FRX e FR3	Si conferma per il <b>Lotto 7</b> rif.to a) il fabbisogno biennale presunto pari a n. 180 Elettrodi multifunzione monouso, originali e riconosciuti dal produttore o <b>FUNZIONALMENTE EQUIVALENTI</b> per uso con defibrillatori SEMIAUTOMATICI PHILIPS MEDICAL SYSTEMS/LAERDAL MEDICAL ADULTI per defibrillatori HEARTSTART FRX e HEARTSTART FR3, come da capitolato speciale e prestazionale
PI230289-19 del 30/07/2019	In riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: <b>Lotto 2:</b> Il defibrillatore Tec-5631 può essere corredato da due differenti cavi per l'uso delle piastre. Per poter dare una risposta corretta, vi chiediamo il codice del cavo utilizzato o ancora meglio, i codici delle piastre utilizzate fino ad oggi. <b>Lotto 3-4:</b> Chiediamo maggiori chiarimenti sui motivi della divisione in due lotti delle piastre per defibrillatori Zoll, in quanto nell'allegato A gli apparecchi fanno parte di un'unica lista e possono utilizzare tutti ( bifasici e monofasici) gli stessi modelli di	<b>Lotto 2:</b> Per la formulazione dell'offerta tecnica si ribadiscono i requisiti specificati nel capitolato tecnico. <b>Lotto 3-4:</b> La suddivisione operata mira a garantire che per i defibrillatori bifasici vengano offerte piastre idonee per questo tipo di funzionamento. <b>Lotto 7:</b> Si conferma la suddivisione in lotti e le specifiche tecniche definite nel capitolato tecnico. <b>Allegato B (questionario informazioni tecniche)</b>

	<p>piastre.</p> <p><b>Lotto 7:</b> Per l'apparecchio FRX non esistono sul mercato piastre funzionalmente equivalenti, pertanto la sua presenza nel lotto limiterà la partecipazione ad una sola azienda. Chiediamo di predisporre lotto separato, dato che non crediamo sia possibile partecipare per singolo riferimento.</p> <p><b>Nell'allegato B (questionario informazioni tecniche) si chiede la compatibilità RMN.</b> Chiediamo conferma che debba essere un requisito Non Applicabile in quanto ci risulta che sul mercato non ci siano piastre con questa caratteristica.</p>	<p><b>compatibilità RMN:</b> Il questionario tecnico non definisce requisiti di minima, ma ha il solo scopo di avere una descrizione di vari aspetti tecnici dei prodotti ai fini della valutazione.</p>
<p>PI239324-19 del 07/08/2019</p>	<p>Abbiamo preso nota delle risposte relative al lotto 7, ma certi che lo scopo della procedura sia quello di permettere la più ampia partecipazione di operatori economici e quindi di innescare per ogni lotto quel meccanismo di concorrenza che può contribuire a parità di qualità (prodotti originali o funzionalmente equivalenti) a ridurre la fonte di spesa, ci permettiamo di tornare sull'argomento apparecchio Philips FRX. Per questo apparecchio non esistono sul mercato piastre funzionalmente equivalenti, la sola piastra disponibile è quella originale, la presenza di questo apparecchio nel lotto delle piastre Philips preclude di conseguenza alle aziende che hanno piastre funzionalmente equivalenti di partecipare anche alle altre voci del lotto stesso e ciò porterà pertanto la stazione appaltante a ricevere offerte solo per piastre originali e quindi a non attivare nessun principio di concorrenza per quanto riguarda questo lotto. Oltretutto la voce di cui fanno parte le piastre per FRX è tra le</p>	<p>Si rimanda alla determinazione n. 2755 del 28/08/2019 pubblicato su <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it</a> e sul profilo del committente <a href="http://www.auslromagna.it">http://www.auslromagna.it</a>. – sez. Bandi di gara e contratti- Gare in corso</p>

	meno significative del lotto e pertanto anche quella che ai fini della spesa complessiva incide di meno. Chiediamo pertanto che venga concessa la partecipazione per singola voce e questo solo per il lotto 7 e non perchè la nostra azienda non abbia la piastra per FRX, ma perchè non esistono altre piastre oltre alle originali.	
PI250288-19 del 26/08/2019	Nel caso in cui l'azienda partecipasse in più lotti, è possibile fare un'unica garanzia provvisoria, oppure ne va fatta una per ogni lotto in cui si intende partecipare?	E' possibile fare un'unica garanzia provvisoria.