

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore: Orietta Versari

A.U.S.L. della Romagna

Prot: 2019/0292731/P  
del 14/11/2019



## **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA PER PROCEDURE ECMO TRASPORTABILE.**

L'Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi nr. 8 - 48121 Ravenna, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di un contratto per la fornitura di un Sistema di supporto cardio polmonare per procedure ECMO trasportabile per le esigenze dell'equipe dell'Ospedale Bufalini dell'Azienda USL della Romagna.

Si comunica, pertanto che, con la presente si intende espletare indagine conoscitiva per la fornitura di quanto in oggetto, al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di imparzialità, parità di trattamento, pubblicità e nel rispetto de criterio di rotazione degli inviti, la conoscenza e la disponibilità di operatori economici presenti nel mercato, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Il sistema di cui all'oggetto dovrà avere i seguenti requisiti minimi:

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti minimi richiesti all'Operatore Economico:

- **non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;**
- **non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;**
- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in oggetto;
- di avere **abilitazione attiva** (iscritti) per la partecipazione alle **procedure SATER sul Portale Intercent-Er e Me.Pa Consip**

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda USL della Romagna (<https://www.auslromagna.it>) sezione Gare ed Appalti - Avvisi e Bandi per forniture sottosoglia comunitaria.

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità al modello Allegato dovrà pervenire:

**ENTRO LE ORE 13.00 del giorno 28/11/2019**

**La suddetta manifestazione di interesse dovrà avvenire inviando il modulo allegato alla seguente pec: [acquisti@pec.auslromagna.it](mailto:acquisti@pec.auslromagna.it) inserendo nell'Oggetto il titolo della manifestazione e il nome del RUP di riferimento entro e non oltre il termine indicato.**

La manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante dell'OE o da altro soggetto dotato di idonei poteri di firma e corredata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nella manifestazione di interesse, l'OE dovrà dichiarare di possedere i titoli e requisiti richiesti e comunicare l'indirizzo PEC.

Infine si precisa che:

1. l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda USL della Romagna, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione della fornitura.
2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche in merito essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire la tecnologia sopra indicata con i requisiti richiesti.

### **MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:**

In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, l'AUSL della Romagna U.O. Acquisti Aziendali, procederà ad indire mediante pubblicazione sul mercato elettronico nazionale o regionale apposita procedura di gara ed ad invitare alla stessa solo gli Operatori Economici che abbiano presentato la manifestazione d'interesse e che risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente avviso è finalizzato ad una semplice manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, anche di tipo economico.

### **OGGETTO DELL'APPALTO:**

Si richiede **obbligatoriamente** che il sistema per procedure ECMO possieda i seguenti requisiti:


- Sistema di supporto cardiocircolatorio e polmonare trasportabile estremamente compatto e leggero (peso inferiore a 10 Kg)
- Dotato di sistema di back up
- Dotato di sensori integrati per il monitoraggio delle pressioni
- Dotato di batterie che garantiscano un'autonomia di funzionamento di almeno 90 minuti
- Alimentazione in corrente alternata e tensione 220 V e in continua in un range compreso tra 11 e 28 V senza l'utilizzo di adattatori nei mezzi di trasporto di emergenza quali ambulanze ed elicotteri
- Schermo per la visualizzazione dei parametri di funzionamento
- Dotato di allarmi visivi e acustici
- Dotato di riscaldatore per il mantenimento della temperatura corporea con controllo ed allarmi sui principali parametri di funzionamento
- Dotato di miscelatore gas per utilizzo su pazienti pediatrici e adulti
- Dotato di pompa e ossigenatore pre assemblati con trattamento eparinico di lunga durata
- Dotato di carrello per il sicuro alloggiamento di tutto il sistema con 4 ruote piroettanti con freno

- Carrello dotato di asta porta flebo telescopica
- Carrello dotato di trasformatore di isolamento con n. 8 prese di alimentazione elettrica.
- Certificato alla Norma UNI EN 13718-2:2015
- Certificato alla Norma EN 1789

La ditta dovrà comprendere nel prezzo di acquisto (circa 221.000 euro +IVA) un periodo di **garanzia full-risk di almeno 36 mesi dalla data collaudo, e il materiale per il trattamento di 16 casi.**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Dott.ssa Claudia Cattano**



**Il Direttore**

**Dott.ssa Orietta Versari**

