

AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA FORNITURA DI CATETERE VENOSO PERIFERICO A MEDIO TERMINE, IN POLIURETANO, TIPO MIDLINE, PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRCCS - IRST

RISPOSTE AI QUESITI

N.	QUESITO	RISPOSTA
Q1	si chiede la possibilità, relativamente all'indagine di mercato per la fornitura di catetere venoso periferico a medio termine in poliuretano tipo midline, di poter proporre anche un DM 3FR	Nei requisiti di minima è richiesto specificatamente un dispositivo 4Fr ma nulla escluse la possibilità di poter offrire, <u>oltre a quanto richiesto</u> , un diverso frenciaggio