



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

**EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER AREA  
AMBULATORIALE E ODONTOSTOMATOLOGICA**

**RISPOSTE AI QUESITI**

**In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:**

**Cesena 25/03/2020**

<b>Rif. Sater</b>	<b>Quesito</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Risposta</b>
PI07921 2-20	Con riferimento al lotto 1 pos. 5 - forbice speciale per gessi ERGO codice 05-1830 chiediamo la possibilità di avere un'immagine in quanto non reperibile in nessun catalogo Lawton disponibile on line.	Capitolato tecnico Lotto 1 Rif. 5	Il codice indicato si riferisce ad uno strumento con design particolare del catalogo Lawton, ma si accettano prodotti analoghi, purchè venga rispettato l'uso specifico per il quale il dispositivo è richiesto. A questo fine, si esplicitano ulteriormente le caratteristiche indicative riportate nella scheda tecnica. 18cm 7" , lame in carburo di tungsteno per una lunga durata del taglio. Affilatura a scalpello per un taglio senza sforzo e senza effetto di schiacciamento. Impugnatura intagliata che comporta riduzione del peso di circa 50% per lavorare senza fatica. Superficie lucidata a specchio, meno aderenza, più facile la pulizia. Impugnatura ergonomica, migliore distribuzione della pressione delle forze, tenuta sicura, particolarmente adatto per utenti con problemi di artrosi e gotta. Lama dentata che impedisce un scivolamento del materiale.
PI08480 7-20	Siamo a richiedere il seguente chiarimento: Nel lotto 1 della gara in oggetto, il riferimento 5 (FORBICE SPEC PER GESSI E BENDAGGI ERGO ANGOLATA CM.18) e il riferimento 13 (FORBICE DISSEZIONE METZ ERGO CURVA 20 CM) sono strumenti che produce esclusivamente Lawton in quanto la denominazione ERGO identifica strumenti con particolarità tecnico costruttive uniche, rendendo quindi impossibile una conversione con strumenti di un'altro produttore. Chiediamo quindi che tali codici vengano esclusi dal lotto oppure sostituiti con codici che altri produttori possono offrire.	Capitolato tecnico Lotto 1 Rif. 5, 13	In entrambi i casi il codice indicato si riferisce ad uno strumento con design particolare del catalogo Lawton, ma si accettano prodotti analoghi, purchè venga rispettato l'uso specifico per il quale il dispositivo è richiesto. A questo fine, si esplicitano ulteriormente le caratteristiche indicative riportate nella scheda tecnica. Per il riferimento 5 si rimanda a quanto specificato nel chiarimento PI079212-20. Per il riferimento 13: 20,5 cm 8" , dissezione precisa e periodo lungo di applicazione, lame di taglio arrotondate, lame in carburo di tungsteno saldato, taglio lavorato preciso. Pulitura migliore e stabilità più alta, una superficie liscia, smerigliata e passivata, assemblaggio senza fessure, raggi negli angoli. Posizionamento molto stabile (supporto a 3

<b>Rif. Sater</b>	<b>Quesito</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Risposta</b>
			punti). Anelli ergonomici adattati, manico a forma di V.