

**AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE PER LA FORNITURA DI CABINE A FLUSSO LAMINARE PER
CITOSTATICI E RELATIVI ACCESSORI PER IL LABORATORIO DI FARMACIA
ANTIBLASTICI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA PER AMBITO RAVENNA**

QUESITI

1) Quesito

Le caratteristiche tecniche delle cappe riportano

- Certificazione EN 12469 (Certificata da ente terzo certificatore)
- Certificazione DIN 12980 per l'utilizzo di sostanze chimiche tossiche – citostatici
(Certificata da ente terzo certificatore)

Si chiede se può essere sufficiente che le cappe per antiblastici siano eseguite in conformità alla EN 12469 e alla DIN 12980

R:

Si conferma quanto indicato nella Manifestazione di interesse: le certificazioni devono essere rilasciate da ente terzo.