



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER AREA
PEDIATRICA**

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 01/09/2020

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI2319 46-20	Richiedo: il Datamatrix se non presente è motivo di esclusione? I nostri strumenti non ne provvisti e sappiamo che solo un'azienda può offrire il datamatrix.	Disciplinare di gara	In relazione al quesito posto si evidenzia che il datamatrix è un codice a barre bidimensionale a matrice, composto da celle (o moduli) bianche e nere disposte all'interno di uno schema di forma rettangolare o quadrata. Questo tipo di marcatura è diffusissima in tutto il mondo e riguarda diverse tipologie di prodotti. In sostanza il datamatrix è una modalità di marcatura, gli operatori economici possono utilizzare anche altre modalità, l'importante è che sia presente una modalità di marcatura degli strumenti.
PI2365 54-20	In ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria Covid 19 che ha generato DPCM con evidenti ricadute sul settore privato e sulle modalità lavorative, con conseguenti difficoltà e ritardi nello svolgimento delle prestazioni lavorative, con la presente siamo a richiedere di posticipare i termini di consegna della campionatura e delle offerte	Termini offerte	Considerato il notevole lasso di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando di gara (28/07/2020) e la data di scadenza presentazione offerte (21/09/2020), considerato peraltro che la Stazione Appaltante non si è neppure avvalsa della possibilità di riduzione dei termini prevista dal cd. Decreto semplificazioni – D.L. 76 del 16 luglio 2020, si confermano le scadenze indicate.