



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER STRUMENTARIO CHIRURGICO  
PLURIUSO**

**COMUNICAZIONE**

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 08/09/2020

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI 242162 -20	<p>Si pongono i seguenti quesiti:</p> <p>1- LOTTO 1: Al fine di garantire il principio della massima partecipazione delle aziende alla presente procedura, si richiede di suddividere l'aggiudicazione per singola voce per il gruppo di prodotti ricompresi nelle voci da 32 a 40. Sono infatti disponibili sul mercato prodotti compatibili, con le medesime caratteristiche tecniche e funzionali degli originali indicati, a condizioni economiche maggiormente vantaggiose.</p> <p>2. LOTTO 2: Si richiede di suddividere l'aggiudicazione a blocchi di voci: 1. Containers da riporto – voci 1 e 2; 2. Containers lift – voce 3; 3. Carrelli servitori/carrelli a ripiani, ecc. – voci da 4 a 10. La richiesta è posta nell'ottica di consentire la massima partecipazione ed evitare che molti operatori economici specializzati in specifici prodotti vengano esclusi dalla partecipazione per tale impostazione di gara.</p> <p>3. LOTTO 2 Voce 2: il codice di riferimento indicato (Aesculap JK267R) è il coperchio con feritoia per container da riporto. Nel disciplinare di gara (punto 6 . caratteristiche tecniche) tuttavia, non si fa menzione del fatto che il coperchio sia dotato di feritoia. Si richiede pertanto di fornire chiarimento</p>	<p>Disciplinare di gara art. 5 Capitolato tecnico lotto 2 rif. 2, lotto 3 rif. 10</p>	<p>In relazione ai quesiti posti si chiarisce quanto segue:</p> <p><u>Quesiti 1 e 2</u>: come chiaramente indicato nel disciplinare di gara non devono essere offerti tutti i riferimenti componenti il lotto ma almeno l'80% degli stessi, pertanto l'operatore economico può decidere quanti e quali riferimenti offrire (si rimanda all'articolo 5 Disciplinare di gara).</p> <p><u>Quesito 3</u>: si precisa che il coperchio del container da riporto deve avere le feritoie.</p> <p>Quesito 4: si precisa che probabilmente c'è stato un errore, si chiede pertanto di offrire un prodotto quanto più vicino alle misure richieste per la voce 10.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>in merito.  4. LOTTO 3 Si chiede di verificare la dimensione del vassoio per ottiche indicato alla voce 10 (mm 501x134x45): il codice Aesculap posto a riferimento ha infatti una dimensione esterna pari a mm 454x104x41 e tale dato può portare alla non corretta identificazione del prodotto richiesto a gara.</p>		
PI			