

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO  
ELETTROMEDICALE - MONOUSO E PLURIUSO - E RELATIVA MANUTENZIONE.**

**Numero di gara: 7916674**

**QUESITI**

**1) Quesito**

Si chiede conferma che l'offerta debba essere completa, per tutti i riferimenti richiesti in ciascun singolo lotto

**R:**

Si conferma

**2) Quesito**

Lotto 8 - pos 2 pinza l=21/25cm: si richiede se possibile quotare entrambe le lunghezze disponibili 21 e 25 cm e in tal caso se possibile fornire come campionatura 4 campioni mis 21 (2 con presa e 2 senza) e 4 campioni per misura 25 cm (2 con presa e 2 senza)

**R:**

Si chiede di quotare entrambe le misure se disponibili e il totale della campionatura è di 4 pezzi complessivi ossia 2 campioni per lunghezza.

**3) Quesito**

Lotto 9 - si chiede se si intendono gli strumenti da laparoscopia (composte da impugnatura/camicia/inserto) e in tal caso fornire lunghezza e diametro, oppure fornire un codice di riferimento

**R:**

No: si intendono strumenti per chirurgia open, non laparoscopica, e si intendono gli strumenti dedicati alla sintesi dei vasi compatibili con i generatori Erbe

**4) Quesito**

Relativamente al lotto 4 vi preghiamo specificare se sono richieste forbici bipolari standard oppure con lama delicata di precisione

**R:**

Le forbici richieste devono necessariamente corrispondere alle richieste di minima. Eventuali ed ulteriori migliorie rispetto a quanto richiesto saranno valutate in fase di assegnazione punteggi qualità.

**5) Quesito**

In merito al Lotto 7 riga 14 o pos. 2 delle pinze tipo Yasargil. Il codice Gk767 ha una lunghezza di 17,5cm mentre la descrizione riporta 18,5-19,5. Bisogna seguire codice o descrizione?

**R:**

La lunghezza da rispettare è quella del codice.