

Si segnala che tra la documentazione di gara non è presente l'Allegato E citato all'Art. 5 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs 81/08 - Art. 5.1. Rischio chimico; del Capitolato tecnico. Si chiede di renderlo disponibile.	Si allega Allegato E2
Con la presente si chiede, in relazione al file "fabbisogno IHC", la possibilità di offrire cloni di anticorpi alternativi rispetto a quelli elencati.	E' possibile offrire cloni alternativi da parte della Ditta, rispetto a quelli elencati, qualora siano esattamente equivalenti
Spettabile Ente si chiede di confermare la possibilità di assolvere l'imposta di bollo richiesta nella domanda di partecipazione a mezzo F24 e di fornire i dati necessari per poter procedere in tal senso.	Il pagamento dell'imposta di bollo si assolve con le modalità indicate nel disciplinare di gara , si veda l'allegato "SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"
Spettabile Ente, in riferimento al punto 14 Modulo Collaudo della Busta Tecnica (Art. 19 Capitolato Tecnico) si chiede di confermare che essendo un Modulo in visione, in questa fase della gara non sia da presentare.	Si veda il Capitolato di gara (art 19): il modulo collaudo è per presa visione, va inserito IMMODIFICATO e firmato digitalmente per presa visione nella Busta B
Spettabile Ente, per agevolare gli operatori economici si chiede di confermare la possibilità di presentare in lingua inglese CE ed ISO.	SI, SOLO MARCHI CE E ISO
Spettabile Ente, la somma totale di test richiesti di IHC nel Laboratorio di Ravenna risulta essere di 25.256 e non come riportato di 25.526 test/anno, di conseguenza il totale complessivo anno di test richiesti è di 106.467 e non come riportato di 106.466. Si chiede di precisare.	Trattasi di refuso, in ogni caso le quantità indicate nel file della lista anticorpi sono indicative. I quantitativi posti a basi d'asta ai fini della gara sono indicati nei documenti di gara e nell'offerta economica
Si chiede di confermare la possibilità di allegare al Vostro modello offerta, un'offerta dettagliata per meglio illustrare quanto offerto.	SI
Spettabile Ente si chiede di precisare se l'Allegato A Scheda fornitore; debba essere presentato in questa fase di gara ed in caso affermativo in quale busta.	TUTTA la documentazione richiesta deve essere presentata entro la scadenza dei termini per la presentazione offerta, nella busta A e B vanno inseriti tutti i documenti richiesti nella disciplina di gara che deve essere letta attentamente. La scheda fornitore va nella Busta Amministrativa.
Spettabile Ente, in riferimento al punto 6 Schede dati di sicurezza; della Busta Tecnica (Art. 19 Capitolato Tecnico) si chiede di confermare che la richiesta di presentarle su supporto informatico sia un refuso, e che le schede di sicurezza vadano caricate nella piattaforma.	Tutta la documentazione va presentata su Piattaforma SATER
Spettabile Ente, in riferimento all'allegato "Fabbisogno IICH"; si chiede di confermare l'interpretazione che dove nella colonna I CE/IVD non sia già indicato SI; sia possibile offrire prodotti RUO. Cordiali saluti	Gli anticorpi primari da offrire in gara dovranno essere marcati CE-IVD. In caso non siano PER NULLA presenti cloni marcati CE-IVD, potranno essere offerti anticorpi alternativi.

<p>Spettabile Ente, poichè il modello offerta viene chiamato nei documenti di gara sia come Allegato C, Allegato G ed Allegato 1, si chiede di confermare che il modello offerta economica da utilizzare sia il documento word pubblicato tra i documenti con nome file Offerta economica</p>	<p>Il modello offerta economica è UNO e si chiama: MODELLO OFFERTA ECONOMICA</p>
<p>In relazione alla seguente richiesta del punto 10) busta tecnica: Dichiarazione che riporti se l'utilizzo delle apparecchiature prevede uso di materiale dedicato. In tal caso la ditta dovrà indicare solo le caratteristiche ed i quantitativi, in quanto i relativi costi dovranno essere indicati solo ed esclusivamente nell'offerta economica. I prezzi dell'eventuale materiale dedicato non saranno considerati ai fini dell'aggiudicazione, e saranno validi per almeno tre anni successivi al collaudo, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti Istat, si chiede di confermare che per materiale dedicato si faccia riferimento ai consumabili dello strumento, e che tali materiali possano eventualmente essere offerti con sconto 100%.</p>	<p>Si conferma che tali materiali devono essere a costo 0.</p>
<p>in riferimento all'allegato "Fabbisogni IHH" siamo a richiedere i seguenti chiarimenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) riga 24 "BRACHYURY": si chiede di poter offrire il Clone 1H9A2 poichè ci risulta non disponibile sul mercato il policlonale 2) riga 41 "CD117c-Kit": si chiede di poter offrire il Clone EP10 Rabbit Mab 3) riga 59 cd 27: si chiede di poter offrire RUO non avendo identificato sul mercato un'alternativa iVD attualmente in produzione 4) riga 68 "CD44s": si chiede se con questa richiesta si intende il CD44 5) riga 82/83 "CDH17": si chiede se si tratta di una ripetizione della stessa richiesta 6) riga 104/105: si chiede se la richiesta è la medesima e nel caso si chiede di confermare i fabbisogni dei singoli presidi 7) riga 106 "CMV": si chiede di poter offrire RUO non avendo identificato sul mercato un'alternativa iVD attualmente in produzione 8) riga 117 "EGFR3": si chiede se con questa richiesta si intende "FGFR3 9) riga 125/126: si chiede se la richiesta è la medesima e nel caso si chiede di confermare i fabbisogni dei singoli presidi 10) riga 133 "FTR": si chiede di precisare cosa si intende con questa richiesta 11) riga 152 "HGC beta: si chiede di poter 	<ol style="list-style-type: none"> 1) sì 2) sì 3) sì 4) sì . (per comodità modificato nel file) 5) sì. (per comodità modificato nel file Eliminata riga 83) 6) sì. (per comodità modificato nel file Eliminata riga 104) 7) sì 8) Trattasi dell'anticorpo EGFR . (per comodità modificato nel file) 9) sì. (per comodità modificato nel file Modificato nel file Eliminata riga 126) 10) CFTR (clone M3A7) (per comodità modificato nel file riga 130) 11) Previa valutazione di esatta equivalenza si deve offrire CE IVD 12) sì. (per comodità modificato nel file Eliminata riga 174) 13) sì. (per comodità modificato nel file Eliminata riga 179) 14) Trattasi di Proteina Basica Mielinica 15) sì 16) sì 17) sì. (per comodità modificato nel file Eliminata riga 284) 18) sì 19) sì

<p>offrire HCG poichè HCG beta ci risulta disponibile solo nel formato RUO</p> <p>12) riga 174/175: si chiede se la richiesta è la medesima e nel caso si chiede di confermare le richieste dei singoli presidi</p> <p>13) riga 179/180: si chiede se la richiesta è la medesima e nel caso si chiede di confermare le richieste dei singoli presidi</p> <p>14) riga 235 “PB MIEL: si chiede di precisare cosa si intende con questa richiesta</p> <p>15) riga 242”PIT1”: si chiede di poter offrire RUO non avendo identificato sul mercato un’alternativa iVD attualmente in produzione</p> <p>16) riga 266 “Somatostat Recettore tipo 2°”: si chiede di poter offrire RUO non avendo identificato sul mercato un’alternativa iVD attualmente in produzione</p> <p>17) riga 284 “TRIPSINA”: si chiede se si intende “tripsina alfa”e nel caso di specificare se queste richieste si sommano a quelle della riga 5 ; in caso contrario si chiede di poter offrire prodotto RUO non avendo identificato sul mercato un’alternativa iVD attualmente in produzione</p> <p>18) riga 291 “ubiquitina”: si chiede di poter offrire RUO non avendo identificato sul mercato un’alternativa iVD attualmente in produzione</p> <p>19) riga 292 “v.i.p.”: si chiede di poter offrire RUO non avendo identificato sul mercato un’alternativa iVD attualmente in produzione.</p>	<p>Si riallega il FILE “Fabbisogni IIH 2”</p> <p>SI SPECIFICA ULTERIORMENTE CHE</p> <p>Il file“Fabbisogni IIH”elenca gli anticorpi che DEVONO essere obbligatoriamente offerti, le quantità indicate nel file sopra nominato sono puramente indicative e non vincolanti.</p> <p>I quantitativi posti a basi d’asta ai fini della aggiudicazione della gara e della compilazione della offerta economica, sono indicate nei documenti di gara e <u>nell’offerta economica.</u></p>
<p>Si chiede di confermare che il n. di manutenzioni preventive obbligatorie all’anno è pari a 1 come indicato nel documento <u>Allegato_F2_-_Condizioni_assistenza_tecnica</u></p>	<p>ALMENO 1 ALL’ANNO</p>
<p>In considerazione del contenuto particolarmente tecnico e articolato dell’oggetto del presente affidamento, si chiede proroga sui termini di scadenza fissati per la presentazione delle offerte. Si resta in attesa di gentile riscontro.</p>	<p>Si conferma la scadenza fissata dal bando per le ore 10.00 del 18/12/2020</p>
<p>Facendo seguito a vs richiesta in tema di implementazione della fornitura tramite uno strumento aggiuntivo da offrirsi in “comodato d’uso gratuito” (Art. 3 – Oggetto e Obiettivi della fornitura del Capitolato Tecnico), si chiede, a fronte dell’avvenuto sopralluogo, di poter inserire nella progettualità uno strumento di dimensioni ridotte che condivide i reattivi con i sistemi principali e che è di tipo “stand alone”, ossia uno strumento che non necessita di tavoli di appoggio per il suo posizionamento.</p>	<p>E' possibile</p>

<p>Spettabile Ente, In riferimento a quanto riportato nell'Articolo 1 – Oggetto e Obiettivi della fornitura, Punto C del Capitolato Tecnico: si chiede se con la richiesta di iscrizione a programmi di controlli di qualità esterni , di parte terza, internazionalmente riconosciuti, si intende l'iscrizione a VEQ (tipo NordiQC, Neqas)</p>	<p>SI</p>
<p>Spettabile Ente si chiede di confermare che l'offerta possa essere predisposta illustrando i quantitativi triennali per ciascun P.O. per una migliore ottimizzazione dell'utilizzo delle confezioni offerte.</p>	<p>SI</p>
<p>Si chiede al Vostro Spettabile Ente di confermare la possibilità di allegare al Vostro modello offerta, un'offerta dettagliata per meglio illustrare quanto offerto</p>	<p>SI</p>
<p>Con la presente, in riferimento all'art. 12 del Disciplinare di gara si chiede di voler confermare che la traduzione dell'eventuale documentazione tecnica presentata in lingua inglese e richiesta come traduzione giurata sia da considerarsi refuso. Si chiede, al fine di non rendere gravosa la partecipazione degli O.E. alla procedura, di ritenere soddisfacente un'eventuale traduzione di cortesia delle aziende partecipanti e che da questa vengano escluse certificazioni CE/ISO , pubblicazioni scientifiche, ecc.</p>	<p>E' soddisfacente anche una traduzione di cortesia priva di certificazioni CE/ISO</p>