



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI PER CHIRURGIA VASCOLARE

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 29/12/2020

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI3542 10-20	LOTTO N. 39 - PATCH PER ANGIOPLASTICA CHIRURGICA - PATCH PERICARDIO BOVINO - Patch biologico in pericardio bovino; larghezza: circa 10 cm (+/- 5%); lunghezza: circa 15 cm (+/- 5%) Si chiede conferma se la larghezza circa 10cm deve intendersi in mm e non in cm.	Capitolato tecnico – lotto 39	In relazione al quesito posto si evidenzia che per mero errore materiale la larghezza è stata espressa in cm anziché mm, pertanto la larghezza deve intendersi circa 10mm.
PI3559 75-20	Con riferimento al lotto n. 57 “COPRIMORSO PER PINZE” si chiede conferma dell’unità di misura della lunghezza del coprimorso, generalmente di 12 CM e non MM.	Capitolato tecnico – lotto 57	In relazione al quesito posto si evidenzia che per mero errore materiale la larghezza è stata espressa in mm anziché cm, pertanto la lunghezza deve intendersi 12,7 cm.
PI3565 91-20	Buongiorno, In riferimento alla procedura di gara in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti: Lotto 57 “Coprimorso per pinze” - La quantità indicata (n. 6.000) è da intendersi pz. o coppie? - Crediamo che la misura indicata relativa alla lunghezza 12,7 sia da intendersi cm (non millimetri come indicato) - è possibile proporre, oltre alle misure richieste, altre misure disponibili allo stesso prezzo?	Capitolato tecnico – lotto 57	In relazione ai quesiti posto si evidenzia quanto segue: - la quantità indicata è relativa al pezzo singolo; - per mero errore materiale la larghezza è stata espressa in mm anziché cm, pertanto la lunghezza deve intendersi 12,7cm circa; - è possibile offrire misure ulteriori al medesimo prezzo nell’ambito del range indicato (+/-5%).