

<p>Buongiorno, con riferimento al Capitolato Tecnico art. 2, caratteristiche tecniche in merito al lotto n. 2, sollevatore paziente attivo, si chiede di precisare se è consentita una tolleranza del +/- 5% sul carico di lavoro in sicurezza da Voi indicato.</p>	<p>Per il carico di lavoro in sicurezza non è consentita tolleranza</p>
<p>Buongiorno, con riferimento alla procedura d gara si chiedono i seguenti chiarimenti: a) per quanto alla garanzia provvisoria si chiede di confermare che, in caso di partecipazione a più lotti, sia possibile presentare una garanzia unica che riporti i dati di tutti ai lotti per i quali si presenta offerta, b) per quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede se il requisito possa essere soddisfatto tramite forniture prestate nel triennio 2018-2019-2020.</p>	<p>Si conferma</p>
<p>Lotto 3: si chiedono cortesemente maggiori delucidazioni in merito alla configurazione dei sistemi di sollevamento a binario, in modo da poter quotare la soluzione più vicina alle vostre reali esigenze. Possiamo considerare un sistema ad H 4x5 mt o di dimensioni maggiori/diverse?</p>	<p>Le configurazioni non sono specificate poiché non si conoscono tutte le diverse caratteristiche e metrature dei locali nei quali durante il decorso contrattuale si andranno a installare i sistemi relativi al Lotto 3. Pertanto la quotazione dei suddetti sistemi dovrà essere unica ma valevole per le diverse possibili soluzioni richieste caso per caso dalla stazione appaltante, possibilità inerenti alle diverse metrature e esigenze dei locali dove effettuare la installazioni.</p>
<p>Buongiorno, per generare il PASSOE, Il sistema elettronico dell' ANAC richiede un cod. CIG di 10 caratteri. il CIG fornito 7967845 non permette di creare tale documento. Vi preghiamo di darci informazioni sulla modalità di presentazione di tale documento</p>	<p>Il n.7967845 è il numero identificativo di gara ANAC, i cig sono correttamente indicati all'art. 10 del disciplinare di gara.</p>