



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI PER UROLOGIA FUNZIONALE

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 18/01/2021

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI0142 26-21	Sottoponiamo alla vs. attenzione le seguenti richieste di chiarimenti: Lotto 43: Chiediamo di specificare di quale materiale e diametro interno deve essere la linea estensione? Lotto 45: Chiediamo di specificare se il rubinetto a 3 Vie richiesto è a bassa o alta pressione?	Capitolato tecnico – lotti 43,45	Relativamente ai chiarimenti richiesti si specifica quanto segue: 1) Lotto 43: materiale PVC o similari (latex free) – diametro 2/2,5 – lunghezza 1800/2000mm. 2) Lotto 45: Pressione adeguata ad apparecchiature per urodinamica. Si evidenzia che <u>tutti i lotti da 33 a 53 si tratta di D.M. destinati a procedure di urodinamica</u> come indicato nel capitolato tecnico e quindi i Dispositivi offerti devono essere idonei per tali procedure.
PI0148 78-21	Siamo a chiedere un chiarimento per il lotto 21 "sistema divaricazione monouso per ch. perineale": - si chiede di definire la composizione di tale sistema, ovvero se debba essere costituito da telai di divaricazione ed uncini elastici di retrazione o da soli uncini; - nel caso in cui il sistema fosse composto da telai ed uncini si fa presente che la base d'asta risulterebbe troppo bassa ed a nostro giudizio dovrebbe essere almeno di € 150 a sistema.	Capitolato tecnico – lotto 21	In riferimento al quesito posto si evidenzia che il sistema può essere composto da un telaio pluriuso in comodato d'uso ed uncini monouso. Si conferma il prezzo posto a base d'asta.
PI0160 99-21	Per quanto riguarda i Lotti composti da più ref. (a, b, c, ecc) chiediamo: in caso uno dei ref. offerti non venga aggiudicato (poiché eventualmente non tecnicamente conforme) anche gli altri ref. offerti vengono invalidati e quindi non saranno aggiudicati nonostante conformi?	Disciplinare di gara	Come indicato nel disciplinare di gara l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto e non per singolo riferimento, pertanto nel caso di lotto suddiviso in riferimenti dovrà essere presentata offerta idonea (cioè conforme a quanto richiesto nei documenti di gara) per ogni riferimento.