



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI PER UROLOGIA FUNZIONALE

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 21/01/2021

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI0195 67-21	Per il lotto 7 vengono attribuiti 15 punti per "possibilità di posizionamento transperineale" si evidenzia però che il dispositivo da voi richiesto ha posizionamento periuretrale ma non con accesso transperineale. Si prega di verificare l'attribuzione dei punteggi per questo lotto.	Capitolato tecnico – lotto 7	In relazione al lotto 7 da verifica effettuata il parametro indicato viene sostituito con il presente: "facilità nel posizionamento: 15 punti", pertanto relativamente al lotto 7 i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono così definiti: <i>Facilità nel posizionamento</i> 15 punti; Radiopacità 15 punti; Reversibilità del trattamento (possibilità di sgonfiaggio) 15 punti Qualità del materiale 15 punti Atraumaticità e minore invasività 10 punti.
PI0216 44-21	Si chiede lo stralcio del LOTTO 21 in quanto i retrattori elastici ad uncino facenti parte del detto sistema di divaricazione monouso per chirurgia perineale e compatibili con qualsiasi tipo di telaio monouso o pluriuso in commercio sono già aggiudicati in gara regionale Intercent-ER "Fornitura di sistemi per laparoscopia e suturatrici meccaniche" Lotto 16 - Determina n.490 del 16/10/2020.	Capitolato tecnico – lotto 21	In riferimento al quesito posto è stato verificato che la Centrale di committenza regionale, seppure in attesa di convenzione, ha già aggiudicato la gara regionale indicata che comprendere il medesimo prodotto richiesto al lotto 21, pertanto si provvede a revocare il lotto 21 dalla gara in argomento.