

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali
Direttore *ad interim*: Dott.ssa Orietta Versari

2021-11.11.2-7

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA PER L'AUSL DELLA ROMAGNA.
DURATA: DUE ANNI, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI.
VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (COMPRESIVO DI TUTTE LE OPZIONI E DELL'EVENTUALE PERIODO DI PROROGA TECNICA): EURO 3.608.752,65, IVA ESCLUSA.
IMPORTO BIENNALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: EURO 1.266.229,00, IVA ESCLUSA.
NUMERO GARA: 8003080.**

RISPOSTA AI QUESITI

Quesito 1):

"Nel LOTTO N. 1 vengono inclusi spazzolini per la pulizia e spazzolini per campionamento citologico, essendo diversa la destinazione d'uso, si chiede di scorporare il riferimento 3, dai riferimenti 1 e 2. Inoltre, riguardo al riferimento 3, del LOTTO N. 1, si chiede se nella descrizione sia un errore materiale la specifica del *canale operativo diametro 1,2 mm* e si volesse indicare, invece, la dimensione 2,0 mm. In riferimento al LOTTO N. 9, si chiede se nella descrizione sia un errore la specifica del *canale operativo diametro 1,2 mm* e si volesse indicare invece la dimensione 2,0 mm";

Risposta al Quesito 1):

LOTTO N. 1:

- riguardo alla richiesta di scorporare il riferimento n. 3, dal LOTTO N. 1, si conferma il Capitolato tecnico di gara;

- riguardo al riferimento n. 3, del LOTTO N. 1, si specifica che la dimensione 2,0 mm è dello spazzolino, il quale deve essere idoneo per canale operativo 1,2 mm del broncoscopio.

LOTTO N. 9:

riguardo al LOTTO N. 9, riferimenti n. 1 e 2, si precisa che la misura del diametro del canale operativo deve essere 2,0 mm; l'indicazione *1,2 mm* costituisce, pertanto, un mero errore materiale.

Quesito 2):

"Si chiede di scorporare il LOTTO N. 1 in due lotti distinti: 1) spazzolini monouso per pulizia (attuali riferimenti 1 e 2); 2) spazzolini per citologia (attuale riferimento 3)";

Risposta al Quesito 2):

Si conferma il Capitolato tecnico di gara.

Quesito 3):

"In relazione al LOTTO N. 11, si chiede se le misure richieste siano da considerarsi vincolanti, in quanto minima la differenza tra un ago 21G e 22G";


Risposta al Quesito 3):

Con riferimento al LOTTO N. 11, le misure 21G e 22G sono da considerarsi vincolanti.

Quesito 4):

"CAPITOLATO TECNICO - paragrafo CAMPIONATURA E PROVA: in merito alla "campionatura richiesta in confezione originale di vendita", si intende il confezionamento primario del dispositivo campione? In caso di più misure per la medesima tipologia di prodotto offerto, è sufficiente l'invio della campionatura richiesta per una qualsiasi misura";

Risposta al Quesito 4):



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Paragrafo CAMPIONATURA E PROVA, del CAPITOLATO TECNICO (Allegato 1 - pagg. 6 e 7): si conferma che in merito alla "campionatura richiesta in confezione originale di vendita", si intende il confezionamento primario del dispositivo/campione; si conferma, altresì, che, in caso di più misure per la medesima tipologia di prodotto offerto, sia sufficiente l'invio della campionatura richiesta per una qualsiasi misura.

Quesito 5):

"In riferimento al LOTTO n. 10, vengono richieste da capitolato tecnico le misure dell'ago da 19G-21G-22G-25G che, per quanto a nostra conoscenza, identificano una sola azienda. Si chiede di suddividere il lotto in lotti distinti, uno per ogni misura dell'ago richiesta o, in alternativa, in due lotti distinti, uno per le misure da 19G e 21G ed uno per le misure da 22G e 25G, per garantire la più ampia partecipazione possibile alle aziende presenti sul mercato. In alternativa, si chiede la possibilità di suddividere il lotto in due voci, uno per le misure da 19G e 21G ed uno per le misure da 22G e 25G, attribuendo un peso percentuale a ciascuna voce (dato dal prodotto delle basi d'asta unitarie e le quantità di ciascuna voce, rapportato al valore complessivo del lotto) e consentendo ai concorrenti di partecipare formulando un'offerta che superi una determinata soglia percentuale sul valore complessivo del lotto. Tale rettifica garantirebbe la partecipazione al maggior numero di operatori economici possibili considerato che, per quanto a nostra conoscenza, la disponibilità di tutte le misure richieste è garantita e distribuita da una sola azienda";

Risposta al Quesito 5):

Riguardo al LOTTO N. 10, si conferma il Capitolato tecnico di gara.

Il RUP

Dott.ssa Tania Cinalli