

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali
Direttore *ad interim*: Dott.ssa Orietta Versari

2021-11.11.2-14

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIAGNOSTICI, ALCOLI E MATERIALI CONSUMABILI PER LE UU.OO. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.

DURATA: TRE ANNI, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI.

VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (COMPRESIVO DI TUTTE LE OPZIONI E DELL'EVENTUALE PERIODO DI PROROGA TECNICA): EURO 1.961.300,4414, IVA ESCLUSA.

IMPORTO TRIENNALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: EURO 576.853,0710, IVA ESCLUSA.

NUMERO GARA 8138520

RISPOSTA AI QUESITI

Quesito 1):

"LOTTO N. 2, RIF. 4: è possibile offrire vetrini coprioggetto di marchio diverso dal *Menzel*? Quali sono le caratteristiche tecniche che devono avere?";

Risposta al Quesito 1):

LOTTO N. 2, RIF. 4:

È possibile offrire vetrini coprioggetto di marchio diverso dal *Gerhard Menzel*, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68, del D.Lgs. 50/2016 (come precisato nel Disciplinare di gara). L'operatore economico concorrente, che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, è tenuto a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica, rimanendo salva e impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione descritti nella documentazione di gara. Il concorrente deve provare che le soluzioni da lui proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Le caratteristiche tecniche (requisiti di minima) dei suddetti vetrini coprioggetto *Gerhard Menzel* sono le seguenti:

Caratteristiche

- Materia prima priva di bolle e crepe;
- Puliti e levigati pronti all'uso;
- utilizzabili da tutti i microscopi che montano lenti *standard*.

Materiale di produzione

- Lastre di vetro D 263 M da Schott AG-vetro trasparente di classe I idrolitica (vetro borosilicato);
- Resistenza agli agenti chimici (acidi, alcali);
- Resistenza Idrolitica;
- Spessore standard 0,13-0,16mm corrispondente alla misura internazionale n. 1.

Confezionamento

- Imballi protetti da pellicola di cellophane che impedisce formazione di umidità e polvere;
- Disponibilità a diverse misure (compresa 24X50mm).

Classificazione IVD in ossequio alla Direttiva 98/79/CE, con marchio CE.

Quesito 2):


"In riferimento al LOTTO N. 9, RIF. 6 e 7, la base d'asta è fuori mercato; chiediamo se trattasi di mero errore ed eventualmente rivedere le basi d'asta";

Risposta al Quesito 2):

Si conferma il Capitolato tecnico di gara.

Quesito 3):

"Gli alcoli devono essere tutti dispositivi medici?";



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Risposta al Quesito 3):

Non tutti gli alcolici devono essere dispositivi medici.

Il RUP

Dott.ssa Tania Cinalli