



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Gara a procedura aperta per la Fornitura di Dispositivi medici per Endourologia e Dispositivi affini-2 per l'Azienda USL della Romagna e l'IRCCS-IRST di Meldola, suddivisa in n. 109 Lotti aggiudicabili singolarmente

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 04/05/2021

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI1533 50-21	Lotto 11: Si prega di verificare e rivedere i prezzi di base d'asta dei sub lotti.	Capitolato tecnico lotto 11	In risposta al quesito sul lotto 11), si confermano le basi d'asta.
Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI1533 53-21	Lotto 22: Al fine di poter presentare l'offerta, si chiede di aumentare la base d'asta.	Capitolato tecnico lotto 22	In risposta al quesito sul lotto 22), si conferma la base d'asta.
Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI1533 54-21	Lotto 48 : Al fine di poter presentare l'offerta, si chiede di aumentare la base d'asta.	Capitolato tecnico lotto 48	In risposta al quesito sul lotto 48), si conferma la base d'asta.
Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI1545 71-21	Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) Lotti 32 e 33: si chiede aumento prezzo base d'asta; 2) Lotti 34/35/36: si chiede che vengano accettati cateteri equivalenti in materiale silicone; 3) Lotto 45: il prodotto da voi richiesto presenta caratteristiche uniche sul mercato. Al fine di permettere la partecipazione di più aziende si richiede di valutare prodotti equivalenti;	1-Capitolato tecnico lotti 32, 33 2-Capitolato tecnico lotti 34,35,36 3-Capitolato tecnico lotto 45 4-Capitolato tecnico lotto 77 5-Capitolato tecnico lotto 82 6-Capitolato tecnico lotto 83 e 84	In risposta al quesito 1) sui lotti 32 e 33, si confermano le basi d'asta. In risposta al quesito 2) sui lotti 34,35,36, si confermano le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato per tipologia di utilizzo in relazione al trattamento delle problematiche dei pazienti. In risposta al quesito 3) sul lotto 45, è possibile presentare offerta per prodotti equivalenti nei termini indicati al paragrafo 1 dell'Allegato 4- capitolato tecnico e come stabilito al paragrafo 15 del disciplinare di gara.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>4) Lotto 77: si chiede di quantificare i giorni di permanenza in situ;</p> <p>5) Lotto 82: si chiede la verifica del prezzo di base d'asta in quanto risulta basso rispetto alla media del prezzo di mercato;</p> <p>6) Lotti 83 e 84: si chiede la verifica del prezzo di base d'asta e la possibilità di accettare cateteri equivalenti in materiale di silicone.</p>		<p>In risposta al quesito 4), sul lotto 77, secondo la definizione delle Linee Guida Società Urologia, la lunga permanenza è > 28 gg.</p> <p>In risposta al quesito 5), sul lotto 82, si conferma il prezzo a base d'asta.</p> <p>In risposta al quesito 6), sui lotti 83 e 84, si conferma la base d'asta e si confermano altresì le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato per tipologia di utilizzo in relazione al trattamento delle problematiche dei pazienti.</p>