



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E TROCAR

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 12/08/2021

| Rif. Sater | Quesito | Riferimento | Risposta |
|-------------------|---|----------------------|---|
| PI2681 35-21 | CON RIFERIMENTO AL LOTTO 1 SUBLOTTO A, VISTO CHE IL DISPOSITIVO SI COMPONE DI UNA PARTE MONOUSO E DI UNA PARTE POLIUSO E VISTI ANCHE I COSTI DI QUESTA ULTIMA, SI RICHIEDE DI POTER CAMPIONARE LA PARTE POLIUSO SU RICHIESTA EVENTUALE DELLA COMMISSIONE TECNICA. | Disciplinare art. 16 | In relazione al quesito posto si conferma che deve essere presentata la campionatura completa (monouso e poliuso) in confezione originale di vendita, nei termini di presentazione dell'offerta così come indicato nel disciplinare di gara, in quanto sarà oggetto di valutazione da parte della commissione. Si evidenzia che al termine della procedura di gara la campionatura presentata sarà restituita agli operatori economici su richiesta degli stessi. |