



**APPALTO SPECIFICO SU SDA INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
E AUSILI PER INCONTINENZA**

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 15/10/2021

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI325428-21	Segnaliamo che le basi d'asta indicate risultano essere molto basse, forse tali prezzi di riferimento sono del periodo ante COVID? Vi chiediamo se fosse possibile rivedere tali basi d'asta o se fosse possibile presentare offerte a rialzo al fine di rendere la partecipazione più concorrenziale a più operatori economici, in modo da proporre quotazioni congrue agli attuali livelli di mercato, essendo i costi delle materie prime e dei trasporti lievitati a causa della pandemia.	Disciplinare Art. 16. e Capitolato speciale	Le basi d'asta indicate tengono conto delle oscillazioni dei prezzi dovute al periodo emergenziale, pertanto si confermano le basi d'asta indicate e si conferma che, come indicato all'Art 16 del disciplinare di gara, i prezzi offerti non potranno essere superiori rispetto alle basi d'asta indicate.
PI325502-21	Si chiede in riferimento al lotto 46, confermate che i prezzi di base d'asta ed i fabbisogni indicati si riferiscono al metro lineare e non al rotolo? Per campionatura inoltre, è sufficiente inviare 2mt di tappeto?	Capitolato speciale	Relativamente al lotto n. 46 si comunica che i prezzi a base d'asta e i fabbisogni indicati si riferiscono al metro lineare. Si comunica che la campionatura da presentare è pari a 2mt di tappeto.
PI325525-21	Buongiorno, dove posso trovare il DGUE da scaricare?	Disciplinare Art. 14.3	Come precisato all'Art. 14.3 del disciplinare di gara occorre allegare il DGUE presentato all'Agenzia Intercent-ER in sede di richiesta di abilitazione allo SDA "Dispositivi monouso e prodotti DPI in TNT sterile e non"
PI325997-21	Si domandano quali misure siano richieste per il telo a "T"; per laparoscopia/addomino-perineale con apertura addomino-perineale del Set lotto 14.		Relativamente al lotto n. 14 "Set addomino-perineale sterile" si comunica che il telo a "T" per laparoscopia/addomino-perineale con apertura addomino-perineale deve presentare le misure seguenti misure: circa 175/250 x 270 x 260 cm
PI323794-21	Siamo a richiedere i chiarimenti in merito a quanto andiamo ad elencare di seguito: 1) CSA(all.1)Confezionamento: si chiede conferma dei pezzi a	Capitolato speciale	Si comunica quanto segue: 1) si confermano i pezzi a confezione indicati nell'Allegato 1 Capitolato speciale. Come precisato si accetta una variazione delle

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>confezione riportati nello stesso.</p> <p>2)LOTTO 8:TELO COPRICARRELLO :dimensioni.</p> <p>3)LOTTO 9: Telino biaccoppiato150x90cm circa: con bordo adesivo?</p> <p>4)LOTTO 9:Telo superassorbente 60x90 cm circa: con bordo adesivo?</p> <p>5)LOTTO 20:TELO STERILE DI UTILITA'; Telo cm 150x180 circa a tre strati con fenestrazione centrale di circa 5 x15 cm, con zona di rinforzo assorbente e banda adesiva larga che ne facilita il posizionamento: si chiede su che lato viene posizionata la banda adesiva, se il foro è in posizione centrale al telo e se lo stesso è adesivo.</p> <p>6)LOTTO 47:considerata la base d'asta si chiede conferma che i teli siano in triaccoppiato.</p>		<p>quantità fino al +- 20%;</p> <p>2)LOTTO 8: il telo copricarrello deve presentare le dimensioni 100X156 cm;</p> <p>3)LOTTO 9: non è richiesto il bordo sterile per il Telino biaccoppiato150x90cm circa n:</p> <p>4)LOTTO 9: non è richiesto il bordo sterile per il Telo superassorbente 60x90 cm circa;</p> <p>5)LOTTO 20: Il foro deve essere in posizione centrale al telo e la banda adesiva deve essere centrale.</p> <p>6)LOTTO 47: Si conferma che il telo deve essere in triaccoppiato.</p>
PI326822-21	Lotto 51: quali normative devono rispettare i completi richiesti?	Disciplinare Art. 7.3	Lotto 51: il prodotto deve essere classificato come Dispositivo Medico di Classe I – non sterile quindi deve essere conforme al Regolamento sui Dispositivi Medici come richiesto all'Art. 7.3 del disciplinare di gara.