



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE 2

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 08/11/2021

| Rif. Sater | Quesito | Riferimento | Risposta |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|
| PI3361 99-21 | Si chiede conferma in merito ai quantitativi indicati per i lotti 11 e 20. | Capitolato tecnico – lotti 11, 20 | <p>In relazione al quesito posto è stata effettuata un'analisi approfondita del consumato rilevando che i fabbisogni indicati in capitolato, per mero errore materiale, sono sottostimati. Infatti, è stato riscontrato che per i lotti in questione non si è tenuto conto della riduzione dell'attività chirurgica legata alla situazione pandemica Covid che allo stato attuale è ritornata alla normalità, né dell'incremento nell'utilizzo di tali protesi da parte dei centri chirurgici nell'ultimo periodo, da tenere invece in significativa considerazione in maniera prospettica in relazione alla durata della gara. Pertanto, per i lotti 11 e 20, vengono aggiornati i fabbisogni e di conseguenza viene modificato il valore a base d'asta ed il valore complessivo.</p> <p><u>Vengono pubblicati gli allegati 1 - Capitolato tecnico e 9 - Schema di offerta aggiornati e si procede con gli aggiornamenti della piattaforma telematica Sater e del CIG.</u></p> <p><u>Viene posticipato il termine di presentazione delle offerte al 29/11/2021 ore 12:00.</u> Viene posticipata la <u>data di apertura della Busta A contenente la documentazione amministrativa al 30/11/2021 ore 10:00.</u></p> |
| PI3374 33-21 | In riferimento al lotto 13 voce 4 (19x24) si chiede conferma della base d'asta di 115 euro, considerando che la base d'asta della voce 3 (20x25) è 1.070 euro. | Capitolato tecnico – lotto 13 | <p>In relazione al quesito posto si evidenzia che per mero errore materiale è stato indicato come valore base d'asta lotto 13 rif. 4 euro 115, anziché euro 1.115,00.</p> <p><u>Vengono pubblicati gli allegati 1 - Capitolato tecnico e 9 - Schema di offerta aggiornati e si procede con gli aggiornamenti della piattaforma telematica Sater e del CIG.</u></p> <p><u>Viene posticipato il termine di presentazione delle offerte al 29/11/2021 ore 12:00.</u> Viene posticipata la <u>data di apertura della Busta A</u></p> |

| Rif. Sater | Quesito | Riferimento | Risposta |
|-----------------|---|--|--|
| | | | <u>contenente la documentazione amministrativa al 30/11/2021 ore 10:00.</u> |
| PI3401 97-21 | In riferimento al lotto 4 voci voci 1,2,3 si chiede conferma della base d'asta troppo bassa. | Capitolato tecnico – lotto 4 | In relazione al quesito posto si conferma il prezzo posto a base d'asta in linea con quello attuale. |
| PI3428 97-21 | Con riferimento al lotto 24, rif. 1, si chiede di rivalutare in aumento il prezzo unitario a base d'asta in quanto è oltremodo basso rispetto al prezzo medio di vendita del prodotto indicato sul territorio nazionale. Letteratura Scientifica: si chiede di confermare che la letteratura scientifica, richiesta tra i criteri di valutazione, possa essere presentata nella lingua originale inglese, nel rispetto dei diritti d'autore ai quali la stessa è soggetta. | Capitolato tecnico – lotto 24 e letteratura scientifica | In relazione al quesito posto da un'analisi dei prezzi di mercato praticati a livello nazionale si modifica in euro 552,00 il valore unitario posto a base d'asta per il lotto 24 rif. 1 allineandolo con quello di analoga procedura recentemente pubblicata nella Regione Emilia – Romagna. <u>Vengono pubblicati gli allegati 1 - Capitolato tecnico e 9 - Schema di offerta aggiornati e si procede con gli aggiornamenti della piattaforma telematica Sater e del CIG.</u> Viene <u>posticipato il termine di presentazione delle offerte al 29/11/2021 ore 12:00.</u> Viene posticipata la <u>data di apertura della Busta A contenente la documentazione amministrativa al 30/11/2021 ore 10:00.</u> Si conferma che la letteratura scientifica può essere presentata in lingua inglese, lingua ufficiale per quanto attiene ai contributi scientifici. |
| PI3454 57-21 | Si chiede se è obbligatorio inserire la medesima percentuale di sconto all'interno di un lotto con più codici di diverse misure. | Disciplinare di gara – Art. 16 Offerta economica | In relazione al quesito posto si evidenzia che la percentuale di sconto da indicare nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 16 del disciplinare di gara, è quella da applicare al listino per acquisti eventuali per necessità di completamento. Tale percentuale può essere differente anche in relazione ai diversi prodotti e/o misure. |
| PI3459 64-21 | Si chiede: Lotto 9: come le differenze tra un ordito monofilamento e multi filamento possono essere distinte. Lotto 19: parametri valutativi 1 e 2 non identificano reti biologiche. | Capitolato tecnico – lotti 9 e 19 criteri di valutazione | In relazione al quesito posto si confermano i criteri indicati e si specifica quanto segue: Lotto 9: ordito monofilamento migliore per maggiore resistenza alle infezioni, minore peso minor shrinkage. Lotto 19: i criteri di valutazione sono i medesimi per le reti biologiche sintetiche (il lato è differenziabile) che per le biologiche tradizionali sia cross che no cross (il lato è indifferente), la commissione ne terrà conto in sede di valutazione dei prodotti. |
| PI3459 76-21 | Si segnala che i lotti nn. 10,15,17 e 18 riportano descrizioni che ledono fortemente gli interessi di tutte le parti coinvolti; gli operatori economici che si vedono | Capitolato tecnico – lotti 10, 15, 17, 18 | In relazione al quesito posto si evidenzia quanto segue: lotto 10: la descrizione non identifica un dispositivo in particolare, poiché esistono in commercio diverse protesi autoespandibili circolari per l'utilizzo |

| Rif. Sater | Quesito | Riferimento | Risposta |
|------------|--|-------------------------------|---|
| | <p>precludere la possibilità di aggiudica di quei dispositivi cosiddetti "equivalenti" per caratteristiche e materiali ma che hanno la medesima destinazione d'uso e la Stazione Appaltante perchè non sempre il prodotto aggiudicato corrisponde all'offerta economica più vantaggiosa ma potrebbe esser frutto di abili strategie di mercato.</p> <p>Si chiede alla Stazione Appaltante di eliminare dal capitolato quei fattori che mirano ad identificare il brand di un'unica azienda (specifiche di materiali), dando così l'opportunità a tutte le ditte di concorrere liberamente con i propri dispositivi nel rispetto delle esigenze dell'utilizzatore e di quelle che sono le destinazioni d'uso del bene a voi necessario.</p> | | <p>laparotomico; lotti 15, 17, 18: la dicitura PVDF non identifica un dispositivo in particolare, non risulta ci sia un solo dispositivo, bensì la caratteristica del materiale (innovativo) di cui è composto il dispositivo. Il PVDF, previsto in capitolato, è un materiale in grado di consentire migliori risultati clinici in termini di migliore resistenza alle infezioni, migliore integrazione tissutale, non necessità di gel antiaderenziale, è visibile nel tempo con Rnm e pertanto consente un follow up clinico e strumentale per poter ridurre il tasso di recidiva (così come emerge dalla letteratura scientifica).</p> |
| | Stazione Appaltante | Capitolato tecnico – lotto 17 | Si comunica che la misura del lotto 17 rif. 1 è stata modificata come segue: da 15cm X 20cm A <u>15cm X 25cm</u> . |