

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA PRODUZIONE PIASTRINICA DA ASSEMBLAGGIO DI POOL DI BUFFY COAT (LOTTO 1) E DI UN SISTEMA COMPLETO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE CONNESSIONI STERILI TRA TUBATISMI (LOTTO 2) PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER LA DURATA DI 3 ANNI RINNOVABILE PER ULTERIORI 2 ANNI.
NUMERO DI GARA: 8314806**

QUESITO 1

Si chiede di confermare che dovranno essere allegare solo le certificazioni relative alle normative di riferimento per i dispositivi offerti e che sarà necessario fornire solo la certificazione specifica alla classificazione di quanto offerto;

- 1) Con riferimento alle apparecchiature richieste LOTTO 1 si richiede la possibilità di fornire sia apparecchiature nuove che apparecchiature ricondizionate a nuovo;
- 2) In riferimento All. 1 Modulo questionario tecnico per lotto 1 e lotto 2 pag 8/11 punto 3 e capitolato tecnico pag 9/28 punto 3, si chiede di voler specificare quali tempi vengono presi in considerazione nella caratteristica oggetto di valutazione qualitativa, se si intenda dunque considerare il tempo di connessione puro oppure di latenza fra una connessione e la successiva e se detti tempi includano il carico/scarico dei tubi. Inoltre, si richiede di confermare se i tempi riportati nella colonna "modalità attribuzione punteggi" siano corretti in relazione alla misura richiesta.

RISPOSTA 1

Seguono le risposte ai quesiti sopra riportati:

- 1) A pagina 12 del Capitolato sono elencate le certificazioni per le quali è necessario produrre documentazione. Qualora non presenti si richiede opportuna giustificazione.
- 2) Sono accettate le seguenti condizioni: almeno n° 1 apparecchiatura nuova di fabbrica; per la seconda apparecchiatura è accettabile la seguente condizione: apparecchiatura ricondizionata a nuovo con pari caratteristiche e condizioni di assistenza.
- 3) Si intende considerare il tempo di connessione puro (le altre tempistiche come il carico e lo scarico dei tubi sono state considerate indipendenti dal dispositivo saldante); i tempi indicati sono corretti in relazione alla misura richiesta.

QUESITO 2

- 1) In riferimento al lotto 2, al fine di poter formulare un'offerta economicamente sostenibile, siamo a chiedere di precisare il numero di tutte le sedi dove verranno installate le apparecchiature da interfacciare con il gestionale Elliot e il numero dei singoli dispositivi per centro.
- 2) A pagina 11 del Capitolato Tecnico, viene richiesto che tutti i materiali offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche indicate, quali Dispositivi diagnostici in vitro (IVD) o Dispositivi medici. Siamo a chiedere che vengano accettati anche apparecchiature conformi alla norma sugli apparecchi da laboratorio, in quanto a nostra conoscenza sul mercato non sono presenti apparecchiature per la connessione sterile marchiate come Dispositivo medico o IVD.

RISPOSTA 2

1) Per la Ausl della Romagna le sedi in cui saranno installati i connettori sterili sono:

- Officina TrASFusionale di Pievesestina di Cesena (OT)
- Medicina TrASFusionale (MT) Cesena
- Medicina TrASFusionale (MT) Forlì
- Medicina TrASFusionale (MT) Ravenna
- Medicina TrASFusionale (MT) Rimini

per un numero complessivo di almeno 10 strumenti di cui almeno 1 per ogni sede MT e almeno 6 in OT
Per la Ausl di Bologna l'installazione avverrà su tre sedi:

Ospedale Maggiore: n. 4 strumentazioni

Ospedale S.Orsola: n. 2 strumentazioni

Istituto Rizzoli: n. 2 strumentazioni

2) A pagina 12 del Capitolato sono elencate le certificazioni per le quali è necessario produrre documentazione. Qualora non presenti si richiede opportuna giustificazione.

QUESITO 3

Si chiede cortesemente di pubblicare il documento "Fac simile scheda offerta economica dettagliata – Allegato 6" in formato editabile.

RISPOSTA 3

Di seguito gli allegati in formato editabile utili alla compilazione dei documenti richiesti in gara. Tutti gli allegati sotto descritti sono raggruppati nella cartella zipata "allegati editabili" riportata nella risposta al quesito sulla piattaforma Sater.

Allegato 2 - Domanda di partecipazione e dich integrative

Allegato 5_Modulo attestazione pagamento imposta di bollo

Allegato 6.1 - scheda offerta economica LOTTO 1

Allegato 6.2 - scheda offerta economica LOTTO 1

Allegato 7 - Fac-Simile- Giustificativi

QUESITO 4

A seguito della risposta relativa al chiarimento PI346409-21, si chiede conferma se i sistemi da interfacciare al sistema gestionale sono solo le sedi dell'Officina trasfusionale di Pievesestina e Ospedale Maggiore.

RISPOSTA 4

Per Azienda USL della Romagna: necessità di interfacciare solo in Officina trasfusionale presso il Lab di Pievesestina di Cesena;

Per Azienda USL di Bologna: necessità di interfacciare tutte e tre le sedi:

- Ospedale Maggiore
- Ospedale S. Orsola
- Istituto Rizzoli