



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI
IONIZZANTI E RELATIVI ACCESSORI**

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 23/11/2021

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI357773 -21	<p>Spett.le Amministrazione, la presente per inviare i seguenti chiarimenti:</p> <p>1. I prezzi a base d'asta stabiliti per la procedura in essere, basati sui prezzi di aggiudicazione della precedente procedura esperita nel 2017, non rispecchiano i prezzi di mercato attualmente praticabili per procedure a lungo termine. Come noto, il persistere dell'emergenza sanitaria in atto ha fortemente condizionato il mercato comportando un aumento dei costi della materia prima e di trasporto con conseguente aumento del prezzo di produzione/acquisto. Ciò premesso siamo a chiedere una Vostra valutazione in merito alla possibilità di aumentare il prezzo a base d'asta dei singoli lotti come segue, per garantire massima partecipazione alla procedura : LOTTO 1 incremento del 60% LOTTO 2 incremento del 30% LOTTO 3 incremento del 60%</p> <p>2. Lotto 1: allo scopo di fornire modelli ergonomici innovativi, per il lotto nr.1 riferimenti 2 e 3, si chiede di accettare dei modelli con supporto lombare integrato, presente in zona lombare dei camici interi e nel corpetto anziché gonna nei modelli spezzati. Questo per garantire, a parità di livello di protezione, un indumento più comodo e di facile vestizione e maggiore comfort d'uso.</p>	Disciplinare, Capitolato tecnico	<p>1. In relazione al quesito posto si rimanda all'avviso pubblicato in data 23.11.2021;</p> <p>2. In relazione al quesito posto si comunica che relativamente ai riferimenti 2 e 3 del lotto n. 1 è richiesto il supporto lombare con la funzione di migliorare la distribuzione del peso; tale supporto può essere integrato e, per il modello spezzato, presente indifferentemente nella gonna o nel corpetto.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>3. LOTTO 1: si chiede di specificare se l'indicazione presente nella descrizione tecnica dell'allegato A Lotto 1 "quota lunghezza media e misura media" si riferisca al campione da presentare per la valutazione qualitativa o se si riferisca alla tipologia di prodotto sul quale basare l'offerta economica.</p> <p>4. LOTTO 3: per gli occhiali nell'Allegato A si chiede di specificare il valore di attenuazione dei prodotti offerti in un intervallo di tensioni almeno da 60 a 120. La percentuale di attenuazione non può essere richiesta in tale intervallo poiché i test effettuati devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento CEI 61331-1-3:2014, che prevede siano effettuati i test per la determinazione dell'attenuazione % degli occhiali a minimo 120kV e per la determinazione dell'equivalenza in piombo a minimo 150kV. Si chiede pertanto di modificare il parametro indicando e richiedendo test di attenuazione a minimo 120kV come da norma e premiando l'attenuazione testata a 150kV essendo un test con parametro più stringente. I mmPb devono invece necessariamente essere testati come da norma a 150kV. Test di laboratorio che non rispettino tali parametri non sono da considerare conformi alla normativa.</p> <p>5. Si chiede di confermare che la campionatura presentata dalle aziende non aggiudicatrici possa essere ritirata successivamente all'aggiudicazione definitiva.</p>		<p>3 In relazione al quesito posto si comunica che relativamente ai riferimenti 1-2 e 3 del lotto n. 1 l'indicazione "quota lunghezza media e misura media" si riferisce al campione da presentare per la valutazione qualitativa ma anche alla tipologia di prodotto sul quale basare l'offerta economica. Eventuali specifiche di prezzo dovranno essere indicate nell'allegato 11 Schema offerta economica.</p> <p>4. In relazione al quesito posto relativamente al lotto n. 3 si conferma che gli occhiali e le visiere devono essere conformi alla norma CEI EN 61331-3-2015 e che l'attenuazione e l'equivalente in piombo devono essere determinati in conformità alla norma CEI EN 61331-3:2015, come descritto nella norma CEI EN 61331-1:2015: la norma prevede per le maschere protettive la determinazione dell'indice di attenuazione, che deve essere almeno pari a 2 sull'intera superficie a 120kV, e per gli occhiali la determinazione dell'equivalente in piombo, che deve essere rispondente alle richieste di capitolato, a 150 kV. Si chiede si specificare l'attenuazione ai vari kV ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo.</p> <p>5. Relativamente al quesito posto si conferma quanto indicato all'Art 15.2 del disciplinare: al termine della procedura e su richiesta dell'operatore economico, la stazione appaltante provvederà a restituire la campionatura a cura e spese dell'operatore economico.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	6. Considerando l'entità della gara, il numero dei campioni da produrre e l'indispensabile attesa della pubblicazione dei chiarimenti, si chiede una proroga della presentazione dell'offerta e relativa campionatura di almeno 15 gg. Cordiali saluti.		6. Relativamente al quesito posto si rimanda all'avviso pubblicato in data 23.11.2021 e si comunica che la campionatura dovrà essere consegnata in tempo utile per l'inizio dei lavori della commissione che si ritiene entro il giorno di apertura della Busta B - offerta tecnica che verrà comunicato ai sensi dell'art. 18 del disciplinare di gara.
PI357972 -21	Buonasera, per il lotto 2 nel capitolato è indicato di specificare per ogni prodotto le modalità tecniche di valutazione dell'equivalenza in piombo e i fattori di attenuazione. Potete specificare cosa è richiesto? cordiali saluti	Capitolato	Con riferimento al quesito posto relativamente al lotto n. 2 si comunica che i valori di attenuazione e della equivalenza in piombo devono essere specificati secondo quanto indicato nella norma CEI EN 61331-1:2015 (identica alla EN 61331-1:2014-10), al cui interno sono riportate anche le modalità tecniche utilizzate per la determinazione.
PI358473 -21	Buongiorno, per quanto riguarda il lotto 2 è richiesto l'invio di una confezione per le taglie richieste o di un paio sterile? Grazie cordiali saluti	Capitolato	Con riferimento al quesito posto si comunica che relativamente al lotto n. 2 è richiesto l'invio di almeno un paio di guanti per ciascuna taglia indicata, anche in versione non sterile. Nel caso di presentazione di campionatura in versione demo non sterile ci si riserva la possibilità di richiedere campionatura sterile nel caso di effettuazione di prove pratiche.