



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Programmazione ed Acquisti di Beni e Servizi

Direttore ad interim: Dott.ssa Orietta Versari

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO SUDDIVISA IN 3 LOTTI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 317.700,00 (IVA ESCLUSA) - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO € 525.750,00 (IVA ESCLUSA) - GARA N. 8325957

CHIARIMENTI

PI349121-21

DOMANDA: Lotto 1:

Ci risulta che un'unica azienda abbia la caratteristiche di avere un lume che permetta "mezzi di contrasto al alta pressione fino a 400 PSI".

Pertanto per una maggiore concorrenza, si chiede di poter offrire un prodotto equivalente con lume che permetta "mezzi di contrasto al alta pressione fino a 300 PSI".

RISPOSTA: La dicitura fino a 400 PSI è stata inserita per valide ragioni cliniche, in quanto gli iniettori presenti in Azienda possono iniettare radiodiagnostici fino alla pressione di 325 PSI ed oltre.

PI353916-21

DOMANDA: In merito alla campionatura chiedete che la stessa venga consegnata in confezione originale di vendita. Confermate che s'intenda confezione primaria di vendita e cioè del singolo prodotto?

RISPOSTA: Si conferma.

PI353918-21

DOMANDA: In riferimento al lotto N°2 sub lotto A e B, siamo a chiedervi se con la dicitura "sistema di fissaggio" si intende che il dispositivo sia predisposto alla procedura di fissaggio mediante punti di sutura attraverso le alette del catetere (come è peraltro la pratica comune) o se viene richiesta la presenza di un sistema di fissaggio sutureless stand alone.

RISPOSTA: Il sistema di fissaggio non è stato specificato al fine di lasciare ampia libertà di scelta nell'offerta. Se il sistema di fissaggio è stand-alone, esso dovrà comunque essere offerto all'interno di un kit, rispettando il principio di unicità dell'offerta (art. 32, c. 4, D.Lgs. 50/2016).

PI358326-21

DOMANDA: In riferimento al lotto n. 01 per consentire la massima partecipazione, si chiede di diminuire a 300psi (anziché 400psi) il requisito indispensabile di resistenza alle alte pressioni, eventualmente considerando premiante valori superiori.

RISPOSTA: La dicitura fino a 400 PSI è stata inserita per valide ragioni cliniche, in quanto gli iniettori presenti in Azienda possono iniettare radiodiagnostici fino alla pressione di 325 PSI ed oltre.