



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Programmazione ed Acquisti di Beni e Servizi

Direttore ad interim: Dott.ssa Orietta Versari

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO SUDDIVISA IN 3 LOTTI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 317.700,00 (IVA ESCLUSA) - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO € 525.750,00 (IVA ESCLUSA) - GARA N. 8325957

CHIARIMENTI

PI367317-21

DOMANDA: Si chiede gentilmente una specifica relativamente al Lotto 1 della gara in oggetto: Nella descrizione tecnica - CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO A non viene indicata la richiesta che il presidio offerto debba essere medicato, invece nei "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" (DISCIPLINARE RIF 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA) viene inserito come criterio di valutazione "Lotto 1. 4. Trattamento antimicrobico con clorexidina e sulfadiazina d'argento sulla superficie interna ed esterna del catetere e delle prolunghe o altro trattamento antimicrobico equivalente".

Potete gentilmente confermare se "SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE MULTIVIA PER INFUSIONE AD ALTE PRESSIONI DI MEZZI DI CONTRASTO" debba essere medicato oppure no?

RISPOSTA: Il capitolato tecnico descrive le caratteristiche di minima che il prodotto offerto deve presentare per poter essere valutato idoneo e quindi essere ammesso alla fase di valutazione tecnica. I criteri di valutazione dell'offerta tecnica esplicitano invece i punteggi di qualità che verranno assegnati al prodotto offerto, valutato idoneo, sulla base delle caratteristiche individuate dai medesimi criteri.