



C.A RUP Cinzia Mazzini

GARA A PROCEDURA APERTA ACCELERATA PER LA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECIFICO SARS-COV-2, DA UTILIZZARE COME POINT OF CARE (POCT) NELLE STRUTTURE UTILIZZATRICI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA.

RICHIESTA DI RIAMMISSIONE DELLA DITTA D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA ALLA VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'OFFERTA TECNICA E RELATIVA PROVA PRATICA, ESCLUSA PER MERO ERRORE MATERIALE.

Premesso che in data 01/12/2021 mi è stata inoltrata dal RUP la comunicazione trasmessa il 29/11/2021 a mezzo PEC dalla Ditta **D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA** acquisita in atti al prot. 2021/0332394/A, con la quale la Ditta chiede la riammissione al proseguimento della valutazione tecnica della propria offerta per la seguente motivazione *[...la dichiarazione CE del prodotto da noi offerto è stata caricata sulla piattaforma INTERCENT-ER, ed è esatta, corretta, in vigore, datata 22/09/2020, e non quindi "in fase di valutazione", come da Voi dichiarato...]*.

Dato atto che a seguito di ulteriore verifica della documentazione tecnica presentata in gara, confermo che la dichiarazione CE IVD della Ditta **D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA** è presente nella Busta B (documentazione tecnica) correttamente caricata a sistema SATER, e per mero errore materiale non è stata evinta.

Ciò premesso, chiedo al RUP di adottare provvedimento di riammissione dell'offerta tecnica della Ditta **D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA**, in quanto in possesso delle caratteristiche di minima indispensabili per consentire di sottoporla alla prova pratica, ex art. 3 del Capitolato tecnico, al fine di verificare le caratteristiche minime richieste per le soglie di sensibilità, di specificità e di Limit of detection, dichiarate dalla stessa in sede di offerta tecnica.

A disposizione per eventuali ulteriori informazioni

Saluti cordiali

Cesena, 02/12/2021

Dr.ssa Valentina Arfilli