



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER  
MICROCHIRURGIA, CHIRURGIA VIDEOASSISTITA E RELATIVI CONTENITORI ED  
ACCESSORI**

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 16/12/2021

<b>Rif. Sater</b>	<b>Quesito</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Risposta</b>
PI3840 45-21	Relativamente al lotto 1 pos. 41 - Retrattore a ventaglio diam. 10MM (il codice indicato 30623F corrisponde a diam. 5MM) chiediamo di indicare quale diametro sia corretto.	Capitolato tecnico – lotto 1 rif. 41	In relazione al quesito posto si comunica che la misura corretta è pari a 5MM, che è quella del codice indicato attualmente in uso.
PI3844 78-21	Si chiede cortesemente se sia possibile spostare il termine di presentazione delle offerte di gara almeno a fine Gennaio. Molte aziende rimarranno chiuse per le festività, riducendo il tempo utile per completare le documentazioni di gara e il deposito della stessa, senza contare i ritardi e le difficoltà del reperimento delle campionature richieste per le valutazioni tecniche dei prodotti	Disciplinare di gara – termine presentazioni e offerta	Si confermano i termini di presentazione dell'offerta considerando che sono ampiamente superiori rispetto ai tempi minimi previsti dalla normativa (Data di pubblicazione della gara: 03/12/2021 – termine di presentazione delle offerte: 13/01/2022, totale 40 giorni). Si evidenzia che, come da orientamento giurisprudenziale consolidato, la mancata consegna della campionatura entro i termini di presentazione dell'offerta non è motivo di immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara, nel caso sarà attivata la procedura del soccorso istruttorio.