



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA E
CONTROPULSATORI AORTICI A NOLEGGIO**

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 17/01/2022

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI005157 -22	Buongiorno, necessitiamo un chiarimento in relazione al punto 1.6 riferimenti a)b)c)d) del Duvri. Trattandosi i nostri prodotti di dispositivi medicali non riusciamo a capire se dobbiamo compilare il campo sopra citato. Inoltre necessitiamo chiarimento per quanto riguarda il punto d) articolo 16 del disciplinare di gara. Possiamo, onde prevenire richiesta valutazione eventuale offerta anomala, preparare dichiarazione per la quale applichiamo i prezzi proposti senza entrare nel dettaglio da voi riportato quale analisi prezzi?	Duvri Disciplinare di gara Art. 16	1. In relazione al quesito posto si comunica che l'Allegato 4 DUVRI deve essere debitamente compilato in ogni sua parte. 2. In relazione al quesito posto si conferma che, come indicato alla voce d) dell'Art. 16 del Disciplinare di gara, è richiesta la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'indicazione delle specifiche relative ai prezzi offerti. Si precisa che lo schema relativo all'analisi prezzi riportato a pag. 27 del disciplinare di gara è meramente esemplificativo.
PI008456 -22	Buongiorno, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'indicazione delle specifiche dei prezzi (offerta anomala Art. 97 Dlgs 50/2016) è obbligatoria?	Disciplinare di gara Art. 16	In relazione al quesito posto si rimanda alla risposta al quesito Rif. Sater PI005157-22;
PI009544 -22	Spett.le AUSL della Romagna, siamo gentilmente a chiedere di voler confermare che brochures, dichiarazioni di conformità e letteratura scientifica possano essere presentate in lingua inglese. Grazie, cordiali saluti	Disciplinare di gara Art. 15	In relazione al quesito posto si conferma che la documentazione richiesta alle voci a) b) e c) dell'Art 15 del Disciplinare di gara può essere presentata in lingua inglese.
PI009864 -22	Con riferimento alla gara in oggetto richiediamo un chiarimento relativo alla richiesta di indicare, relativamente al lotto n. 5 voce b, "il valore di riscatto della	D.Lgs. 50/2016 Art. 3	In relazione al quesito si posto si conferma la necessità di indicare relativamente al lotto n. 5 voce b, "il valore di riscatto della singola apparecchiatura a fine contratto" e che "Al termine del contratto l'Azienda si

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>singola apparecchiatura a fine contratto". Considerato che l'oggetto del contratto così come dettagliato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nello schema di contratto non prevede l'erogazione di servizi finanziari e di conseguenza configura la gara in argomento quale gara di noleggio operativo, Vi chiediamo di confermare che al termine del noleggio non è prevista la possibilità da parte Vostra di riscattare le apparecchiature locate e che di conseguenza tale dichiarazione non dovrà essere rilasciata dai partecipanti. In caso contrario la gara avrebbe ad oggetto un contratto di locazione finanziaria, ora disciplinato dall'art. 1, comma 136, della legge n. 124/2017, che dovrebbe vedere, obbligatoriamente, la partecipazione di un soggetto finanziatore autorizzato all'esercizio di attività creditizie e bancarie ai sensi del D. Lgs 385/1993 (TUB). In attesa di Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti.</p>		<p>riserva ogni valutazione relativamente al riscatto." Si evidenzia che ai sensi della voce tt dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 si intende per ""appalti pubblici di forniture" i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti."</p>
PI010293-22	<p>Spett.le RUP, in riferimento alla documentazione tecnica si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di poter presentare la dichiarazione di conformità emessa dal produttore in lingua originale inglese • di voler confermare che eventuale letteratura scientifica, pubblicata su riviste internazionali, possa essere presentata in lingua originale. <p>Cordiali saluti</p>	<p>Disciplinare di gara Art. 15</p>	<p>1. In relazione al quesito posto si rimanda alla risposta al quesito Rif. Sater PI009544-22; 2. in relazione al quesito posto si conferma che la documentazione richiesta al punto b) dell'Art. 15 può essere presentata in lingua originale.</p>
PI010537-22	<p>Chiarimento inserito dalla stazione appaltante</p>	<p>Capitolato speciale e Disciplinare di gara lotto 18</p>	<p>In relazione al lotto n. 18 si comunica che la dicitura "possibilmente oltre 2.25 mm" riportata nel criterio di valutazione n. 1 è da considerarsi quale refuso poiché il lotto ha ad oggetto "STENT CORONARICO A RILASCIO DI FARMACO PARTICOLARMENTE ADATTO A VASI DI AMPIO CALIBRO E SEGMENTI CON VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DI DIAMETRO"</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
			Pertanto la dicitura corretta del criterio n. 1 è la seguente: "Elevata capacità di incrementare il diametro nominale dello stent fino a 6.0 mm max."