



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi
Direttore ad interim: Dott.ssa Orietta Versari

Fascicolo: 11.11.2.23/2022

RUP: EP

Registro sistema quesito: PI033039-22

Oggetto: Manifestazione di interesse urgente per la fornitura di prodotti per antisepsi cute integra per un periodo di 8 mesi, con eventuale proroga tecnica di 4 mesi. Importo presunto lotto: entro la soglia comunitaria (€ 214.999,00). Quesiti e relativi riscontri.

In merito alle caratteristiche del prodotto di cui al Rif. 8, di seguito i quesiti posti ed i relativi riscontri:

Q1: Si chiede di confermare che terrete in considerazione che, trattandosi di un antisettico per la cute integra a base di clorexidina, secondo la normativa attuale il prodotto debba necessariamente essere registrato come Presidio Medico Chirurgico.

R1: Sì, il prodotto deve essere registrato almeno come PMC.

Q2: Si chiede di confermare che, oltre al valore percentuale di clorexidina già indicato nella richiesta di manifestazione di interesse, verrà specificato il dosaggio minimo di clorexidina che dovrà essere contenuto in ciascuna salvietta in valore assoluto (unità di misura mg per salvietta).

R2: Si rimanda alla lettura del capitolato ricompreso nella manifestazione, colonna “descrizione” ed “altre caratteristiche”.

Q3: Si chiede di confermare che tra i requisiti verrà specificata la tipologia di materiale di cui dovranno essere composte le salviette e per cui sia documentabile una maggiore efficacia nel rilascio della clorexidina.

Q3: Non è un requisito richiesto nel capitolato ricompreso nella manifestazione, colonna “descrizione” ed “altre caratteristiche”.

Q4: Si chiede di confermare che, al fine di garantire la più ampia partecipazione di operatori economici alla procedura, la misura di ciascuna salvietta sia non inferiore a 18x18 cm.

R4: Nel capitolato ricompreso nella manifestazione, colonna “descrizione” ed “altre caratteristiche” non è indicata alcuna misura, quindi la misura 18x18 cm è ammessa.

Q5: Si chiede di confermare se, tra i requisiti, verrà preso in considerazione anche il parametro della scadenza del prodotto dalla data di produzione (unità di misura: mesi).

R5: Fermo restando che la fornitura coprirà un periodo di otto mesi, si specifica che la validità residua del prodotto non è un parametro valutabile, in quanto la scadenza del prodotto è strettamente legata al lotto di produzione ed alla validità intrinseca del prodotto.

Q6: Si chiede di confermare che per unità di misura del prezzo si intenda la singola salvietta.

R6: si conferma, il prezzo di € 1,27 è riferito alla singola salvietta.

Cesena, 11.02.2022

Il RUP

Dott.ssa Emanuela Pozzi

(f.to digitalmente)