



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Programmazione ed Acquisti di Beni e Servizi

Direttore ad interim: Dott.ssa Orietta Versari

AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA NUTRIZIONE DEL NEONATO PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, PER UN PERIODO DI 24 MESI.

CHIARIMENTI

PI085659-22

DOMANDA: In riferimento a quanto in oggetto con la presente siamo a comunicare quanto segue:

Lotto 6

Si richiede la possibilità di offrire un kit composto da: Coppa e tubo di connessione al tiralatte. Questo in quanto il biberon è già presente nei lotti precedenti, nei quali è specificatamente richiesta la compatibilità con i tiralatte Medela.

Si chiede di definire "membrana". Chiediamo se si intende la parte inserita nel tiralatte (capsula e membrana) o la membrana presente nella parte inferiore della coppa (valvola con membrana unidirezionale)?

Chiediamo inoltre di poter eventualmente fornire a parte, nelle quantità necessarie all'uso, le membrane di connessione da inserire nei tiralatte (capsula e membrana) per Symphony Medela.

Lotto 2

Si chiede se "risterilizzazione" sia un refuso in quanto sono richiesti prodotti sterili monouso.

RISPOSTA:

Con riferimento ai chiarimenti richiesti sul lotto 6, si conferma che il kit deve essere costituito come indicato sull'avviso di indagine, tra le "caratteristiche del prodotto", quindi comprensivo di biberon. La membrana richiesta è quella per connessione al tiralatte elettrico e può essere eventualmente fornita separatamente in sconto merce ove necessario, successivamente all'avvenuta aggiudicazione e quindi in fase di esecuzione contrattuale.

Relativamente al quesito sul lotto 2, si conferma che il riferimento alla "restirilizzazione" è dovuto a un refuso, presente anche sul lotto 1.