



GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODI ED ACCESSORI PER LA NEUROFISIOPATOLOGIA, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA SUDDIVISA IN N. 109 LOTTI AGGIUDICABILI SINGOLARMENTE. Rif. Sater PI122426-22

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 25/05/2022

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI1285 60-22	<ol style="list-style-type: none">1) Lotto 2: il cavo viene richiesto integrato all’elettrodo o viene richiesto a parte?2) Lotto 5: per il lotto 35 non è richiesto nessun cavo di connessione, in quel caso che tipo dicavo vi occorre?3) Lotto 31: si richiedono elettrodi a disco accoppiati con cavetto lunghezza circa 15 cm che vanno connessi a cavo di collegamento con terminale pentapolare?4) La presente per richiedere se i prezzi a base d’asta riportati nel capitolato sono massimali o se saranno accettate anche offerte che riportano prodotti con prezzi più elevati rispetto a quelli riportati in base d’asta.5) Il listino in che sezione dell’offerta economica va inserito?	<p>Capitolato tecnico</p> <p>Disciplinare</p>	<ol style="list-style-type: none">1) In risposta al quesito sul lotto 2), il cavo può essere integrato o meno (va bene anche sconnettibile).2) In risposta al quesito sul lotto 5), La descrizione del lotto 5 contiene un refuso e viene così modificata: Cavo DI CONNESSIONE 100 cm TUCHEL PER PIN 0,7 mm (ROSSO E NERO). Cavo per il lotto 4.3) In risposta al quesito sul lotto 31), il lotto 31 prevede elettrodi a disco accoppiati (tipo stimolatore) con cavo di 1 metro, come riportato nella descrizione dell’oggetto di lotto.4) Si confermano le basi d’asta e non saranno accettate offerte che riportano prezzi superiori alla stessa base d’asta, come previsto all’art. 17 del disciplinare.5) In risposta al quesito in quale sezione dell’offerta economica vada inserito il listino, esso va inserito nella busta economica, sezione listino prezzi.