



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi
Direttore avv. Morris Montalti

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI KIT COPRISONDA STERILE PER UTILIZZO CON SISTEMA AD ULTRASUONI

QUESITI

1. Quesito:

Nella descrizione della cover non si fa riferimento alla larghezza della cover richiesta ma solo alla lunghezza. Se possibile sapere la larghezza, così da proporre la cover più adatta alle vs esigenze.

Risposta:

Quello attualmente in uso è di 15 CM per 122CM

2. Quesito:

Vorremmo sapere, se possibile, il/i sistema/i ad ultrasuoni che utilizzate

Risposta:

Si precisa che, essendo oggetto di richiesta preventivo il solo kit coprisonda sterile e considerato che i sistemi ad ultrasuoni utilizzati in azienda sono molteplici, non si ritiene pertinente specificarli in questa fase di predisposizione preventivo.