



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER
CHIRURGIA ENDOSCOPICA**

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 28/08/2022

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI 216118 -22 PI 216120 -22	<p>si rileva che gli importi a base d'asta dei riferimenti indicati di seguito, basati su prezzi offerti in passato, oggi, anche alla luce delle conseguenze che la pandemia da Covid-19 ha generato sui costi delle materie prime ed alle importanti revisioni dei prezzi da parte dei produttori, sono difficilmente sostenibili.</p> <p>Per quanto sopra ed al fine di rendere ragionevolmente remunerativa l'offerta di questo operatore economico si chiede alla vs. spettabile amministrazione di considerare un innalzamento della base d'asta allineato all'indice Istat, come da quesito e da vs. risposta PI214091-22.</p> <p>LOTTO 1 - RIF. 15 – 16 – 24 – 32 – 33 – 34 – 40 – 44 – 45 – 46 – 47 – 50 – 51 – 52 – 57 - 58</p> <p>LOTTO 3 – RIF. 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25 - 26 - 27</p> <p>LOTTO 4 – RIF. 5 – 6 – 8 – 9 - 10 – 11 - 12</p>	Capitolato tecnico – lotto 1, 3, 4	<p>In relazione al quesito posto, considerato che per mero errore materiale è stato considerato un prezzo a base d'asta non aggiornato, si aggiorna il <u>prezzo a base d'asta del lotto 1, 3 e 4 limitatamente ai riferimenti indicati</u> e contestualmente diminuiscono i fabbisogni quadriennali presunti complessivi, pertanto si evidenzia che <u>l'importo complessivo a base d'asta dei lotti non subisce variazioni</u>. Per agevolare la compilazione si pubblica il modello scheda offerta economica aggiornato.</p>
PI 216123 -22	<p>Si rileva che al LOTTO 3 -RIF. 20 – 24 non è riportata la base d'asta.</p> <p>Si segnala inoltre che il codice di riferimento del lotto 3 – rif.</p>	Capitolato tecnico – lotto 3 rif. 20 - 24	<p>In riferimento al chiarimento posto si comunica che i dispositivi indicati al lotto 3 riferimenti 20 e 24 verranno eventualmente acquistati da listino in caso di necessità, per tale motivo si</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	20 ci risulta inesistente.		conferma la non indicazione del valore unitario a base d'asta. La relativa campionatura indicata non deve essere presentata.
PI 216126 -22	Si rileva che al LOTTO 2 risulta una ripetizione di codici con base d'asta differente. (RIF. 1 – 2 – 3 e RIF. 20 – 21 – 22) Si chiede di indicare a quale base d'asta fare riferimento	Capitolato tecnico – lotto 2	In relazione al quesito posto si comunica che non si tratta di ripetizioni di codici, ma nei lotti 20, 21, 22 per mero errore materiale sono stati portati dei codici di riferimento errati, di seguito si riportano i codici ai quali fare riferimento per la presentazione dell'offerta: Lotto 2 rif. 20 codice rif. 27424A Lotto 2 rif. 21 codice rif. 27425Z (q.tà aggiuntive al riferimento 21) Lotto 2 rif. 22 codice rif. 27424P si confermano gli importi a base d'asta.
PI 218533 -22	È possibile partecipare alla gara anche se alcuni codici richiesti in campionatura non sono disponibili? Se non si hanno disponibili i codici richiesti in campionatura, gli stessi codici possono essere quotati in offerta o in questo caso non possiamo quotarli?	Disciplinare di gara - Campionatura	In relazione al quesito posto, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, si ammette la partecipazione alla procedura di gara anche senza la presentazione della campionatura entro i termini di presentazione dell'offerta; tuttavia, la stessa dovrà essere presentata in tempo utile per l'effettuazione delle valutazioni delle offerte da parte della Commissione giudicatrice. Diversamente, la Commissione valuterà se possibile effettuare la valutazione esclusivamente sulla base della documentazione presentata per il lotto e sui riferimenti per i quali è stata presentata la campionatura del lotto. <u>Si chiede di specificare nella documentazione amministrativa – domanda di partecipazione - quale campionatura sarà eventualmente inviata successivamente.</u>
PI 218549 -22	Se in due lotti diversi è richiesto lo stesso campione, è possibile consegnarne solo un pezzo in campionatura per entrambi i lotti e non un pezzo singolo per ognuno dei due lotti?	Disciplinare di gara - Campionatura	In relazione al quesito posto si conferma che è possibile presentare un solo campione per entrambi i lotti <u>specificando chiaramente nel campione tutti i lotti e riferimenti ai quali si riferisce la campionatura.</u>