

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 3 SISTEMI PER LA LOCALIZZAZIONE MAGNETICA DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 1.662.250,00 I.E.

RISPOSTA AI QUESITI
01/09/2022

<p>Quesito 1: Ai sensi dell'art. 68, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., si chiede di poter partecipare alla procedura di gara con un sistema di localizzazione con tecnologia differente rispetto a quella magnetica richiesta ed in particolare avente tecnologia a radiofrequenze, la quale consente alla soluzione tecnologica offerta dalla Scrivente di essere almeno equivalente al prodotto richiesto e di presentare caratteristiche migliorative (...OMISSIS)</p>	<p>RISPOSTA: Fermo restando le caratteristiche di minima inserite nel capitolato, che si confermano, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 50/2016 è concesso a ciascun partecipante di offrire soluzioni che si ritiene ottemperino in maniera pressoché equivalente ai requisiti delle specifiche tecniche previamente individuati dalla stazione appaltante.</p> <p>Qualora un concorrente intenda avvalersi della clausola di equivalenza ha l'onere di dimostrare l'equivalenza stessa tra i prodotti in maniera esaustiva e con valida documentazione tecnica a corredo da presentare in gara nella Busta Doc Tecnica.</p> <p>La valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche e la eventuale accettazione della equivalenza resta in capo alla Commissione Giudicatrice che sarà all'uopo nominata dalla Stazione Appaltante.</p>
<p>Quesito 2 : Considerata la scadenza della gara il 03/10/2022 è indicata erroneamente la data del 30/09/2022 per la prima seduta virtuale (pagina 21). Attendiamo aggiornamento con la data corretta.</p>	<p>RISPOSTA: La data del Disciplinare è un chiaro refuso. La data corretta relativa alla prima seduta di gara è quella indicata a sistema.</p>