



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi
Direttore avv. Morris Montalti

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DA PRELIEVO, SOMMINISTRAZIONE E RACCOLTA PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 116 LOTTI, DA AGGIUDICARE SINGOLARMENTE.
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, AL NETTO DEL RINNOVO E DELLE OPZIONI, A BASE D'ASTA: EURO 7.221.278,130, I.E.
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, COMPRESIVO DEL RINNOVO E DELLE OPZIONI: EURO 27.079.792,988, I.E.
NUMERO GARA: 8649403.**

AVVISO

LOTTO N. 76 – ERRORE MATERIALE

A seguito di rilievo pervenuto, preso atto del mero errore materiale nella "DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE CHE COSTITUISCONO REQUISITI ESSENZIALI" del **LOTTO N. 76**, di cui all'Allegato A, del Capitolato tecnico (Allegato 1), si evidenzia che la **corretta "DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE CHE COSTITUISCONO REQUISITI ESSENZIALI"** del Lotto n. 76 (di cui all'Allegato A, del Capitolato tecnico, Allegato 1) - **che sostituisce integralmente la precedente** - è la seguente: "**Sacca di drenaggio da 5.000 ml per liquidi di scarto, non sterile. Deve essere costituita da: Filtro antibatterico e tubo di ingresso con CLAMP lunghezza 7cm (+/- 5cm), con parte terminale adatta al raccordo con cono catetere e/o altre sacche**". A detto proposito, si precisa che restano invariati tutti gli ulteriori dati/elementi relativi al Lotto n. 76 (in argomento), indicati nel richiamato Allegato A, al Capitolato tecnico (Allegato 1).

Cesena, 02/09/2022

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tania Cinalli