

Quesito	Risposta
<p><u>Lotto n. 7:</u> Si chiede se l'ago debba essere automatico oppure semiautomatico. Riguardo alla profondità di prelievo 1 e 2 cm, si chiede se sia prevista una tolleranza al fine di favorire la partecipazione. La specifica "Prelievo istologico multiplo e punta piramidale" indica che si chiede un coassiale? Misure: riguardo ai gauge degli aghi, si chiede se sia prevista una tolleranza al fine di favorire la partecipazione.</p>	<p><u>Lotto n. 7:</u> Con riferimento al quesito in argomento, evaso in data odierna - come di seguito testualmente riportato "L'ago deve essere semiautomatico; si ammette una tolleranza del +/- 10% sia con riferimento alla profondità di prelievo sia riguardo ai gauge. Per il resto, si conferma il Capitolato tecnico, cui integralmente si rinvia" -, si precisa che <u>non si richiede il coassiale.</u></p>
<p>Cesena, 08/09/2022</p>	