



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Programmazione ed Acquisti di Beni e Servizi

Direttore avv. Morris Montalti

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SUDDIVISA IN 3 LOTTI DA AGGIUDICARE SINGOLARMENTE, PER LA CONCLUSIONE DI 3 ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI PER TRATTAMENTI DIALITICI EXTRACORPOREI PER PAZIENTI ACUTI, COMPLETI DEI MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI TRATTAMENTI, PER LA DURATA DI 48 MESI, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – GARA N. 8612385

CHIARIMENTI

PI301548-22

Buongiorno,

Facendo riferimento al LOTTO 3 SISTEMI PER TRATTAMENTI ECMO - CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA indicate nel CAPITOLATO TECNICO ed in particolare al punto: "Dovrà essere prevista in opzione anche la fornitura di un flussimetro (modello di riferimento: Ultrasonic Flowcomputer o simile/equivalente) aggiuntivo stand alone" siamo a richiedere se si intende complessivamente un unico dispositivo. Facciamo presente il valore particolarmente oneroso del dispositivo richiesto. Cordiali Saluti

Risposta: *Come già espresso in risposta a precedente analogo quesito, si precisa che il flussimetro è previsto come opzione e non concorrerà alla base d'asta.*