

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Programmazione ed Acquisti di Beni e Servizi

Direttore avv. Morris Montalti

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SUDDIVISA IN 3 LOTTI DA AGGIUDICARE SINGOLARMENTE, PER LA CONCLUSIONE DI 3 ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI PER TRATTAMENTI DIALITICI EXTRACORPOREI PER PAZIENTI ACUTI, COMPLETI DEI MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI TRATTAMENTI, PER LA DURATA DI 48 MESI, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – GARA N. 8612385

CHIARIMENTI

PI303641-22

Con riferimento alla presente gara, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

Quesito n. 1

Si chiede di confermare la possibilità di aggiungere righe e/o colonne nel modulo "All. 10 Scheda offerta economica" al fine di specificare il materiale componente i singoli trattamenti/voci.

Risposta punto 1): Si conferma.

Quesito n. 2

Si chiede di confermare che il Vs. modulo "All. 9 Modulo scheda prodotti" corrisponde a quanto indicato al p.to 6 del Capitolato Tecnico pag. 24 "COPIA DEL FAC SIMILE DELLA SCHEDA OFFERTA – ECONOMICA compilata senza indicazione del prezzo e priva di qualunque indicazione di tipo economico, pena la nullità dell'offerta complessiva".

In caso di conferma si chiede la possibilità di aggiungere righe e/o colonne nel modulo "All. 9 Modulo scheda prodotti".


Risposta punto 2): Si conferma.

Quesito n. 3

Pag. 14 del Capitolato Tecnico "Consegna delle apparecchiature e del materiale di consumo": viene richiesto "Gli operatori economici dovranno specificare in offerta la data massima di consegna delle apparecchiature e del materiale di consumo, espressa in numero di giorni solari successivi alla data dell'ordine; essi dovranno inoltre dichiarare il tempo di installazione e collaudo delle apparecchiature, sempre espresso in numero massimo di giorni solari".

Poiché nel modulo "All. 2A – Modulo garanzia" viene indicato solo il tempo di consegna delle apparecchiature si chiede conferma se anche il tempo di consegna del materiale di consumo e il tempo di installazione e collaudo delle apparecchiature debba essere inserito nel medesimo modulo.

Risposta punto 3): Si conferma che l'All. 2 - Modulo garanzia è relativo alle sole tempistiche relative alle apparecchiature, e che quanto non è invece ricompreso in esso può essere oggetto di separata dichiarazione.



Quesito n. 4

Con riferimento all'Articolo 12 "Forma dell'ordine e del documento di trasporto – Fatturazione e pagamenti" del Vs. Schema di Contratto, si chiede di cambiare le modalità di emissione dei canoni di noleggio modificando:

"Pagamento Canoni di noleggio/assistenza tecnica Strumentazione: secondo fatture semestrali posticipate. Il primo canone semestrale posticipato è fissato a partire dal collaudo dell'ultima attrezzatura per ciascun lotto".

in:

"Pagamento Canoni di noleggio/assistenza tecnica Strumentazione: secondo fatture mensili posticipate. Il primo canone mensile posticipato è fissato a partire dall'ultimo giorno del mese del collaudo dell'ultima attrezzatura, per ciascun lotto".

Risposta punto 4): *Si conferma quanto presente sullo schema contratto.*

CHIARIMENTI

PI303687-22

Con riferimento alla presente gara, siamo a richiedere il seguente chiarimento:

In relazione alle "caratteristiche dei materiali di consumo" del Lotto n. 2 pag. 20 del Capitolato tecnico di gara rettificato, si cita che:

"Le etichette dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 e che il materiale dovrà essere consegnato diviso in buste o pacchi con etichettatura conforme alla normativa e descrittiva del contenuto e dell'operatore economico; essere realizzati con materiale avente le seguenti caratteristiche:

- biocompatibile;
- latex free;
- privo di ftalati;
- appartenere alla classe di rischio prevista per la tipologia di prodotto."

La scrivente chiede conferma di poter partecipare al lotto 2 con prodotti che rispettano la normativa europea ma che contengono una residua presenza di ftalati in alcuni componenti; tali ftalati risulterebbero inoffensivi nei confronti dei pazienti acuti in quanto in contatto per pochi giorni di trattamento.

In attesa di un Vs. riscontro alla presente porgiamo cordiali saluti.

Risposta: *In relazione a quanto richiesto, si conferma quanto riportato dal capitolato tecnico di gara, specificando però che è a carico dell'operatore economico offerente l'eventuale onore di provare che la presenza di ftalati sia considerata non significativa a livello clinico, potendo altresì allegare alle proprie dichiarazioni la composizione riportante la quantità di residuo a norma di legge.*

Sarà in seguito la Commissione giudicatrice incaricata a valutare se, in relazione ai prodotti offerti e alla luce della documentazione prodotta, siano garantiti, oltre alla funzionalità richiesta, tutti gli elementi prescritti a fondamentale tutela della salute del paziente.