



**APPALTO SPECIFICO SU SDA INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
E AUSILI PER INCONTINENZA**

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 5/12/2022

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI318483-22	<p>Buona sera, si richiede di prorogare i termini della presente procedura, almeno di un'ulteriore settimana.</p> <p>La presente procedura a multi lotto, con richiesta di campionatura, da specificare se richiesta sterile o vi fosse la possibilità di inviarla in versione non sterile ma comunque in confezione originale di vendita, ed il termine ultimo per richiedere i chiarimenti fissato per domani 29 novembre, non permette un'ampia partecipazione a molte aziende del settore. Inoltre tale scadenza, a ridosso di una festività nazionale che ferma i reparti produttivi, preceduta da un convegno nazionale che coinvolgerà alcune ditte operanti negli accessi vascolari, che occuperà il personale commerciale, inficia negativamente alla preparazione in tempi stretti di una gara di tale entità.</p>	Disciplinare Art. 14.2 campionatura	<p>In relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- si ritiene congruo il termine fissato per la presentazione dell'offerta, mentre si è provveduto a posticipare al 2/12/2022 alle ore 19:00 il termine per la richiesta dei quesiti, e al 06/12/2022 alle ore 18:30 il termine per la risposta ai quesiti;- si conferma che la campionatura può essere presentata in versione non sterile, ma ne è richiesta la presentazione in confezione originale di vendita come precisato all'Art 14.2 del Disciplinare di gara. Si precisa che nel caso di presentazione di campionatura in versione non sterile ci si riserva la possibilità di richiedere campionatura sterile per l'effettuazione delle prove pratiche.
PI318401-22	Spett.le Ente, in riferimento alla presente procedura in oggetto, si chiede venga preso in considerazione il principio di equivalenza di cui all' art. 68 del Dlgs 50/2016.	Disciplinare Art. 16 principio di equivalenza	<p>In relazione al quesito posto si comunica quanto segue:</p> <p>al fine di garantire ampia partecipazione alla procedura di gara e richiamando il principio di equivalenza di cui all'art. 68 D.Lgs. 50/2016 è possibile la presentazione di un prodotto con caratteristiche analoghe, che devono essere chiaramente indicate ed evidenziate nell'offerta tecnica da parte dell'operatore economico, così da consentire all'esperto individuato/alla commissione di aggiudicazione di verificare l'effettiva equivalenza del dispositivo offerto.</p>
PI318617-22	Buonasera, per quanto riguarda il lotto 21 si richiede se il camice offerto possa avere un peso al metro quadro di 30 al posto di 35, in quanto è un peso più generalmente accettato a livello	Capitolato speciale lotti 21 e 27	<p>In relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- relativamente al lotto n. 21 si conferma che è accettabile un camice di grammatura non inferiore a

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>sanitario nazionale. Inoltre si richiede se possibile offrire un camice a maniche lunghe e non a mezze maniche.</p> <p>Per quanto riguarda il lotto 27 si richiede che la coperta richiesta sia della tipologia oro/argento che ha appunto una doppia funzionalità. In ogni caso la coperta oro/oro avrebbe una quotazione differente rispetto alla coperta oro/argento e dal capitolato tecnico non è chiaro quanto sia la quantità per una coperta e per l'altra</p>		<p>30 purché mantenga la caratteristica richiesta di essere coprente. Si conferma che è richiesta la mezza manica, ma è accettabile anche la manica a tre quarti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente al lotto n. 27 si conferma che è accettabile anche la sola tipologia oro/argento.
PI319024-22	<p>Buongiorno, in riferimento alla Procedura di gara in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti:</p> <p>Lotto 11: è possibile offrire una coprisonda con diametro differente? qual'è la tolleranza sulle misure indicate?</p> <p>Lotto 12: la lunghezza indicata è corretta: 7 metri. l'indicazione "circa 62 mt" è da considerarsi un refuso?</p>	Capitolato speciale lotto 11 e 12	<p>In relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente al lotto n. 11 si confermano le misure richieste indicate in capitolato con una tolleranza di +/- 5%; - relativamente al lotto n. 12 si conferma che la dicitura "circa 62 mt" va considerata quale refuso.
PI319455-22	<p>Buongiorno, in riferimento al lotto 1, si chiede cortesemente di specificare se i riferimenti a) e b) siano sovrapponibili come caratteristiche tecniche richieste. Oppure se per il riferimento a), sia stata indicata una misura sbagliata, vista l'ampia differenza nella base d'asta.</p>	Capitolato speciale lotto 1	<p>In relazione al quesito posto si comunica che, a causa di un refuso, nella descrizione del rif b non è stata riportata quale specifica richiesta la presenza in punta di un adesivo che permette di utilizzarla senza dover mettere gel sulla sonda prima di rivestirla con la guaina, caratteristica questa che giustifica il maggior costo.</p>
PI319717-22	<p>Buongiorno, in riferimento al Lotto 1 si chiede se è possibile offrire il medesimo prodotto per entrambe le</p>	Capitolato speciale lotto 1	<p>In relazione al quesito posto si rimanda alla risposta al quesito Rif. Sater PI319455-22.</p>
PI319725-22	<p>Buongiorno, in riferimento al Lotto 6 , si chiede se possiamo offrire un telo a doppio strato</p> <p>Distinti saluti</p>	Capitolato speciale lotto 6	<p>In relazione al quesito posto si conferma che è accettabile anche il telo a 2 strati di polipropilene purché rispetti le caratteristiche richieste di barriera ai liquidi.</p>
PI319731-22	<p>Spett. le Ente, con la presente siamo a richiedere l' aumento delle basi d' Asta di almeno il 20% . Quanto sopra al fine di permettere la partecipazione alla procedura di gara.</p>	Disciplinare Art. 15 offerta economica	<p>In relazione al quesito posto si comunica che le basi d'asta indicate tengono conto delle oscillazioni dei prezzi dovute alla situazione attuale, pertanto si confermano le basi d'asta indicate e si conferma che, come indicato all'Art 15 del disciplinare di gara, i prezzi offerti non potranno essere superiori rispetto alle basi d'asta indicate.</p>
PI319741-22	<p>Buongiorno siamo a richiedere di poter rivedere le basi d'asta, aumentandole possibilmente prendendo in riferimento l'aumento ISTAT (FOI) del mese</p>	Disciplinare Art. 15 offerta economica	<p>In relazione al quesito posto si rimanda alla risposta al quesito Rif. Sater PI319731-22.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	di Ottobre 2022. Purtroppo le quotazioni indicate, penalizza la partecipazione a molti operatori economici, considerata l'attuale situazione di mercato.		
PI321177-22	<p>Buon giorno</p> <p>Si richiedo cortesemente i seguenti chiarimenti: Allegato 8 Capitolato tecnico Lotto 1 "Set coprisonda sterile, latex free, acusticamente trasparente, costituito da coprisonda piegata a telescopio, elastici e strisce adesive per il fissaggio. Confezionato singolarmente con apertura facilitata." Siamo a richiedere se i rispettivi set del Lotto 1 (riferimenti a e b) debbano includere anche la bustina di gel ecografico (non menzionato nella descrizione) Lotto 4 "TELO STERILE SOTTOSACRALE Telo cm 75 x 100 circa e sacca di raccolta liquidi incorporata. Confezionato singolarmente con apertura facilitata" Siamo a richiedere se la sacca raccolta liquidi debba includere anche la valvola di scarico e la griglia di filtraggio Lotto 13 "Gambali non sterili, latex free, in telo biaccoppiato con film plastico riflettente e TNT, 120x60 cm circa per il trattamento dell'ipotermia degli arti inferiori, con capacità di assorbimento verticale dei liquidi." Siamo a richiedere cosa si intenda esattamente coi termini "film plastico riflettente" e "con capacità di assorbimento verticale dei liquidi" " Se il film plastico deve essere nella superficie esterna del gambale (su cui chiediamo conferma) è ragionevole supporre che trattandosi di biaccoppiato film plastico + TNT) la superficie interna del gambale deve essere in TNT idrofilico assorbente.</p>	Capitolato speciale lotti 1, 4, e 13	<p>In relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente al lotto n. 1 si comunica che i set in questione solitamente comprendono anche una bustina di gel, ma si accettano anche sprovvisti di tale bustina; - relativamente al lotto n. 4 si comunica che trattasi di sacca raccolta liquidi semplice; - relativamente al lotto n. 13 si comunica che per "Film plastico riflettente" e "con capacità di assorbimento verticale dei liquidi" significa che il dispositivo con tali caratteristiche ha elevata resistenza all'umidità, impervietà e ha elevata capacità termica. Si precisa inoltre che la parte in TNT è quella a contatto con la cute.
PI321470-22	Buon giorno Chiediamo un ulteriore chiarimento in merito al Lotto 8: Cuffia copri amplificatore di	Capitolato speciale lotto 8	In riferimento al quesito posto si comunica che il diametro della cuffia, ovvero il lato aperto con elastico, deve essere pari a 80 cm (+/- 5%)

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	brillanza sterile, in polietilene trasparente ed elastico privo di lattice.... Riferimento voce a " Rettangolare di circa 80x145 cm" Siamo a richiedere quale delle due misure indicate fa riferimento al diametro della cuffia, ovvero al lato aperto con elastico		
PI321519-22	Buonasera. A pagina 14 del Disciplinare si fa riferimento ad un Allegato A non presente tra i documenti di gara. Trattasi di un refuso?	Disciplinare di gara Art. 6.3 requisiti di capacità tecnica e professionale	In relazione al quesito posto si conferma che il riferimento presente a pag 14 del Disciplinare di gara all'allegato A è dovuto ad un refuso.
PI321873-22	Buonasera, si chiede la possibilità di formulare offerta economica con un prezzo unitario con 3 cifre decimali anziché 2.	Disciplinare di gara Art. 15 offerta economica	In relazione al quesito posto si conferma quanto indicato l'art. 15 del Disciplinare di gara ovvero che "verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali"
PI323485-22	Buonasera, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: Lotto 15 – in riferimento al lenzuolo in tnt triaccoppiato si richiede se siano richiesti gli elastici ai bordi e conferma della conformità come DPI. Lotto 21 – in riferimento ai camici si richiede se sia richiesto con la conformità come dispositivo medico oppure DPI I o III categoria.	Capitolato tecnico lotti 15 e 21	In relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue: - relativamente al lotto n. 15 si comunica che sono sufficienti gli elastici negli angoli ed è richiesta la conformità come dispositivo medico; - relativamente al lotto n. 21 si comunica che è richiesta la conformità come dispositivo medico.
PI323496-22	Buongiorno, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede se sia prevista la possibilità di poter presentare offerta in un lotto per singolo sublotto (offerta parziale) oppure se vada presentata offerta per tutti i sublotti presenti nel lotto.	Capitolato tecnico	In relazione al quesito posto si conferma che i lotti oggetto della presente gara sono unici ed indivisibili, pertanto occorre presentare offerta per ciascun riferimento del singolo lotto.
PI324024-22	Gent.mi, chiediamo di prorogare la data di scadenza per la presentazione offerta e campioni. E' una gara importante e i tempi sono veramente molto stretti, soprattutto in questo periodo prenatalizio e di chiusura anno.	Disciplinare di gara Art 14 e Art. 18 campionatura	In relazione alla prima parte del quesito posto si rimanda alla risposta al quesito Rif. Sater PI318483-22. Si comunica che la campionatura dovrà essere consegnata in tempo utile per l'inizio dei lavori dell'esperto/della commissione che si ritiene entro il giorno di apertura della Busta B- offerta tecnica che verrà comunicato ai sensi dell'art. 18 del disciplinare di gara
PI324260-22	BUONASERA, SI PREGA DI PERFEZIONARE IL CIG. IN QUANTO GENERA IL SEGUENTE ERRORE. SALUTI. GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.	Disciplinare di gara Art. 10 Pagamento del contributo a favore di ANAC	In relazione al quesito posto si comunica che i cig sono stati perfezionati al momento della pubblicazione della procedura e che il disservizio rilevato alla sezione "Servizio Simgo" del sito di Anac risulta superato.
PI324930-22	Buongiorno, in riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale citato a pag. 13 del	Disciplinare di gara Art. 6.3	In relazione al quesito posto si conferma quanto indicato all'art 6.3 del disciplinare di gara "La comprova del requisito è fornita

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	Disciplinare punto 6.3 b siamo a chiedere che tipo di documento debba essere prodotto per un dispositivo di I categoria. cordiali saluti		mediante un certificato di prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) n. 765/2008. Nel caso in cui l'operatore economico non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, sono ammessi anche altri mezzi di comprova del requisito idonei a dimostrare che il prodotto offerto soddisfi gli standard sopra indicati.”
PI325090-22	Buonasera, Si fa presente che nella documentazione di gara manca il fac Simile della scheda di offerta economica senza prezzi. Potete inserire il documento in piattaforma?	Disciplinare di gara Art. 14 Offerta tecnica	In relazione al quesito posto si comunica che il documento scheda di offerta economica senza prezzi richiesto consiste nell'Allegato 5 "Schema offerta economica" compilato con i dati tecnici richiesti (codice prodotto, nome commerciale prodotto, CND, N. Repertorio) e privo di qualsiasi indicazione di tipo economico.
PI325137-22	Buongiorno, chiediamo conferma che le basi d'asta indicate non sono superabili. Rimaniamo in attesa di Vs. gentile riscontro e porgiamo	Disciplinare Art. 15 offerta economica	In relazione al quesito posto si rimanda alla risposta al quesito Rif. Sater PI319731-22.
PI325382-22	Buongiorno si chiede chiarimento per il lotto n. 15 lenzuolo in TNT triaccoppiato per lettini da sala operatoria...richiedete gli angoli piatti o con elastico?	Capitolato speciale lotto 15	In relazione al quesito posto si comunica che si accetta sia con gli angoli piatti che con angoli con elastico, l'importante è che il prodotto sia funzionale all'utilizzo.
PI325423-22	Nella formulazione del dettaglio dell'offerta economica su Vs All A5, si chiede se è consentita l'eliminazione dei lotti per i quali non si produce offerta; si chiede altresì se la sottoscrizione digitale del predetto file (All A5) sia da apporsi sul formato excel o piuttosto in pdf.	Disciplinare Art. 15 offerta economica	In relazione ai quesiti posti si comunica che non è necessario eliminare dall'Allegato 5 "Scheda offerta economica di dettaglio" i lotti per i quali non si produce offerta e che l'Allegato 5 "Scheda offerta economica di dettaglio" può essere presentata sia formato excel che in pdf.
PI325684-22	Gent.mi chiediamo in riferimento al lotto 6 se il telo chirurgico è accettato in tessuto non tessuto unico strato idrorepellente.	Capitolato speciale lotto 6	In relazione al quesito posto si comunica sono richiesti più strati di polipropilene. Si rimanda alla risposta al quesito Rif. Sater PI319725-22.
PI325690-22	Buonasera, chiediamo in riferimento al lotto 9 se le Guaine copritelecamera, visto che sono piegate a fisarmonica, se accettate lunghezza di 300 cm.	Capitolato speciale lotto 9	In relazione al quesito posto si confermano le misure indicate in capitolato con una tolleranza di +/- 5%.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI325692-22	Gent.mi, in riferimento al lotto 14, vi preghiamo di specificare capacità di assorbimento.	Capitolato speciale lotto 14	In relazione al quesito posto si comunica che la capacità di assorbimento richiesta è di circa 2,7 l/mq.
PI325893-22	LOTTO N. 20. Si chiede cosa vuol dire cuffia con fascia circolare e calotta superiore? c'è un codice di riferimento dove verificare le caratteristiche. si può offrire un prodotto equivalente?	Capitolato speciale lotto 20 Disciplinare Art. 16 principio di equivalenza	In relazione al quesito posto si comunica quanto segue: - la dicitura descrive la forma del copricapo che deve essere composto da una fascia circolare con calotta; - relativamente alla possibilità di offrire un prodotto equivalente si rimanda alla risposta al quesito Rif. Sater PI318401-22.
PI326150-22	Gent.mi, riguardo la campionatura da presentare viene richiesta in confezione originale di vendita. Riguardo il lotto 14 trattandosi di un rotolo e dovendo presentare uno spezzone di 2 metri chiediamo sia corretto allegare allo spezzone l'etichetta che viene apposta al rotolo in quanto è evidentemente impossibile presentare la confezione originale	Capitolato speciale lotto 14	In relazione al quesito posto si conferma quanto richiesto.
PI326166-22	Gent.mi, in riferimento al lotto 14 chiediamo venga accettato il rotolo di tnt superassorbente in altezza 90 cm, in quanto rappresenta il più utilizzato sul mercato.	Capitolato speciale lotto 14	In relazione al quesito posto si comunica che si ritiene accettabile la misura proposta.