

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI 1 ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIE INTENSIVE. BASE D'ASTA DELL'APPALTO PARI A € 400.000,00 (IVA ESCLUSA).

RISPOSTA AI QUESITI

| | |
|--|--|
| <p>Buongiorno, considerato che la verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 attiene alla fase della procedura di gara successiva alla definizione della graduatoria delle offerte presentate, Vi chiediamo di confermare che non sussiste l'obbligo della presentazione in sede di gara della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/200 contenente le specifiche relative ai prezzi offerti richiesta al punto c) del paragrafo 21 del disciplinare di gara.</p> <p>Il tutto al fine di evitare l'ulteriore onere della formulazione in sede di offerta delle spiegazioni relative all'offerta e fermo restando l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 97 del predetto Decreto in caso di anomalia della propria offerta.</p> | <p>Si conferma che la verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 attiene alla fase della procedura di gara successiva alla definizione della graduatoria delle offerte presentate pertanto non sussiste "obbligo". Si chiede altresì, per la facilitazione e lo sveltimento dello svolgimento delle funzioni di verifica dell'anomali, ad <u>attenersi comunque a quanto chiaramente richiesto dal Disciplinare di Gara.</u></p> |
| <p>Atteso che i prodotti richiesti in gara non sono in nostro possesso ma possiamo fornire prodotti equivalenti garantendo così il favor participationis dei competitor e precisamente:</p> <p>ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE pagina 4 del CAPITOLATO TECNICO</p> <p>(omissis)</p> <p>ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE pagina 5 del CAPITOLATO TECNICO</p> <p>(omissis)</p> | <p>Fermo restando le caratteristiche di minima inserite nel capitolato, che si confermano, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 50/2016 è concesso a ciascun partecipante di offrire soluzioni che si ritiene ottemperino in maniera equivalente ai requisiti delle specifiche tecniche previamente individuati dalla stazione appaltante.</p> <p>Qualora un concorrente intenda avvalersi della clausola di equivalenza <u>ha l'onere</u> di dimostrare l'equivalenza stessa tra i prodotti in maniera esaustiva e <u>con valida documentazione tecnica</u> a corredo da presentare in gara nella Busta Doc Tecnica.</p> <p>La valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche e la eventuale accettazione della equivalenza resta in capo alla Commissione Giudicatrice che sarà all'uopo nominata dalla Stazione Appaltante.</p> |
| <p>Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto Vi</p> | <p>Si conferma quanto dettagliatamente indicato nei documenti di gara.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>chiediamo di confermare che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 113 bis co. 4 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore del bene / servizio oggetto di contestazione e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.</p> | |
| <p>Buongiorno, sulla piattaforma è stato predisposto, relativamente alla documentazione amministrativa, un solo spazio con in aggiunta un altro spazio denominato ulteriore documentazione amministrativa. Entrambi gli spazi sono obbligatori e si chiede di specificare se la cartella zip che va allegata sia richiesta firmata digitalmente. Oltre a questo si chiede quali documenti vengono richiesti in una busta e quali in un'altra, nel disciplinare di gara non è fatta la distinzione.</p> | <p>La cartella zip non deve essere firmata digitalmente ma i singoli documenti inseriti, non c'è distinzione di tipologia di documenti che vanno inseriti nella cartella.</p> |
| <p>Si chiede di confermare che il requisito qualitativo riportato al PUNTO F1 nel CAPITOLATO TECNICO, all' Art. 9 "CRITERI DI VALUTAZIONE", ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocolli di svezzamento: caratteristiche dei protocolli di svezzamento con particolare riferimento alla regolazione automatica del PS viene valutato solo se la stessa caratteristica è offerta, e quindi presente su tutti i ventilatori oggetto della procedura, come viene richiesto anche nelle "ulteriori modalità ventilatorie supplementari avanzate", che devono essere presenti, e quindi quotate su ogni singolo ventilatore, oltre a essere complete di accessori software e hardware e relativo materiale di consumo mono paziente dedicato in quantità indicata nel RIF. 02.3 per la loro operatività, come riportato all' Art. 3 "caratteristiche tecniche" del CAPITOLATO TECNICO. | <p>Si confermano le specifiche di capitolato. Il parametro F1 "Protocolli di svezzamento: caratteristiche dei protocolli di svezzamento con particolare riferimento alla regolazione automatica del PS" verrà valutato se ogni ventilatore offerto è dotato di tale specifica e che venga offerto anche il materiale di consumo se necessario da quotare nel RIF. 02.1 e/o RIF. 02.2 per il numero di pazienti indicato.</p> <p>Coerentemente a quanto previsto da capitolato si precisa che le ulteriori modalità ventilatorie supplementari avanzate non sono una specifica di minima, ma se offerte per la valutazione devono essere previste per ogni ventilatore con relativo MATERIALE DI CONSUMO MONOPAZIENTE PER VENTILAZIONI SUPPLEMENTARI di cui al RIF. 02.3. per ogni modalità.</p> |
| <p>1) Rif. Articolo 3 del Capitolato Tecnico viene richiesta la "possibilità di interfacciamento con sistemi monitoraggio in dotazione nelle UO Rianimazione AUSL ROMAGNA PHILIPS, DRAEGER e NIHON KOHDEN ai fini dell'invio dati alla cartella clinica (es. margherita 3,</p> | <p>A TOTALE CARICO OPERATORE ECONOMICO si intende solo gli oneri relativi all'interfacciamento per ciascun ventilatore con i sistemi di monitoraggio dei produttori indicati in capitolato ai fini di poter inviare i dati alla cartella clinica in uso</p> |

OG80)": siamo a chiedere di indicare se le spese di interfacciamento alla cartella clinica sono a carico della stazione appaltante o se devono essere considerate a carico dell'operatore economico.

2) nell'articolo 11 del Capitolato Tecnico "Periodo di prova posta aggiudicazione" si chiede di confermare le tempistiche del periodo di prova in quanto sono indicati sia i 30 che i 90 giorni

3) considerato che il ventilatore che verrà proposto in offerta non contempla materiale di consumo dedicato, chiediamo se è possibile non inserire alcun valore economico sulla relativa voce di spesa. In caso negativo si può proporre materiale non di ns produzione?

90 GIORNI CON 30 GIORNI DI PREAVVISO PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INIDONEITA'

Si precisa che va inserito tutto il materiale richiesto per il funzionamento normale ed in sicurezza del ventilatore relativo al trattamento dei pazienti indicati nei documenti di gara.