

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
COLONNE DIGITALI PER BRONCOSCOPIA PER LE NECESSITÀ
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA.**

VALORE A BASE D'ASTA EURO 265.000,00 IVA ESCLUSA

**VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, COMPRESIVO DI TUTTE LE
OPZIONI, EURO 5.167.500,00 I.E.**

CIG 9533589685

QUESITI

4) Quesito

In riferimento al documento All__11_DEFINITIVO_CAPITOLATO_PNEUMOLOGIA, si evidenzia che tra le quantità garantite a pag. 3 viene richiesto N.1 sistema ecografico. Alla medesima pagina si evince tuttavia che tra i quantitativi garantiti non sono presenti né ecovideobroncoscopi né videoecoendoscopi. Si chiede pertanto al Vs. Spett.le Ente di confermare se i quantitativi garantiti siano corretti o se trattasi di refuso; nel caso in cui i quantitativi garantiti siano corretti si chiede di specificare cosa debba essere collegato a tale modulo ecografico.

R: Si conferma quanto scritto in capitolato. Potranno essere collegati gli ecovideobroncoscopi e i videoecoendoscopi previsti nelle quantità opzionali e varie tipologie di sonde eventualmente quotate in opzioni a listino

5) Quesito

In riferimento al documento All__11_DEFINITIVO_CAPITOLATO_PNEUMOLOGIA, a pag.6 viene richiesto di inserire tra le OPZIONI A LISTINO il "collegamento al sistema informativo ospedaliero PACS". Sul punto si chiede al Vs. Spett.le Ente di elencare marca, modello e protocollo utilizzato dal PACS presente presso i diversi presidi di destinazione della fornitura. Si chiede inoltre di indicare se nei reparti a cui la fornitura è destinata è presente un sistema di acquisizione/refertazione: in caso affermativo, si chiede di elencarne marca, modello e modalità di interfacciamento (HD-SDI, Standard DICOM 3 per immagini statiche, DVI...).

R: I sistemi PACS, presenti presso l'AUSL Romagna sono attualmente:

- Cesena: IMPAX 6.7 (Agfa);
- Forlì: IMPAX 6.7 (Agfa);
- Ravenna: Carestream Vue PACS v 12;
- Rimini: Carestream Vue PACS v12.

I sistemi possono comunicare attraverso protocollo DICOM.

Presso le UU.OO. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e le UU.OO. di Pneumologia è presente il Sistema Informativo Endoxweb (Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A.) ver. 22.0.2, ver. 22.1.0. L'interfacciamento può avvenire attraverso collegamento di segnali video o attraverso la rete dati (protocollo DICOM)

6) Quesito

In riferimento al documento All__11_DEFINITIVO_CAPITOLATO_PNEUMOLOGIA, tenendo in considerazione che un'azienda concorrente può disporre nel proprio portfolio di più modelli di apparecchi compatibili con le specifiche minime da Voi richieste, al fine di porre le aziende concorrenti sullo stesso piano e permettere la formulazione di un'offerta congrua alle esigenze del Vs. Spett.le Ente, si chiede conferma che le apparecchiature oggetto di offerta debbano essere nuove di fabbrica e top di gamma all'interno del portfolio prodotti dell'offerente.

R: Le apparecchiature oggetto di offerta devono essere nuove di fabbrica e rispondere ai requisiti minimi richiesti in capitolato. Eventuali aspetti migliorativi saranno valutati qualitativamente.

7) Quesito

In riferimento al documento All__2_Disciplinare, si evidenzia che i quantitativi richiesti nella Tabella n.2 a pag. 8 differiscono da quelli richiesti nel documento All__11_DEFINITIVO_CAPITOLATO_PNEUMOLOGIA a pag. 2 e da All__7_Scheda_Offerta_economica. A titolo esemplificativo si evidenzia che:

o Nelle quantità certe della Tabella 2 viene richiesto n.1 EBUS, non presente invece tra i quantitativi certi del Capitolato Tecnico e della Scheda Offerta economica
o Nelle quantità certe e opzionali della Tabella 2 viene richiesto il sistema televisivo per fibroscopi che nel Capitolato Tecnico viene richiesto tra le quotazioni opzionali da avere a listino (non compreso pertanto nell'offerta di gara). Pertanto, si chiede conferma che la Tabella 2 sia un refuso e che facciano invece fede i quantitativi elencati nel Capitolato Tecnico e nella Scheda di Offerta economica.

R: Si conferma che la Tabella 2 pag. 8 All__2_Disciplinare sia un refuso e che facciano invece fede i quantitativi elencati in documento All__11_DEFINITIVO_CAPITOLATO_PNEUMOLOGIA, pag. 2 e in All__7_Scheda_Offerta_economica.

8) Quesito

In riferimento al documento All__11_DEFINITIVO_CAPITOLATO_PNEUMOLOGIA, a pagina 2 viene richiesta la fornitura di "n. 8 COLONNE PER BRONCOSCOPIA (n.3 quantità garantita e n.5 Quantità NON garantita) comprensive di tutti gli accessori e/o moduli necessari al funzionamento, nulla escluso". Sul punto la scrivente chiede conferma al Vs. Spett.le Ente che non siano da includere in offerta i raccordi alle macchine lavaendoscopi. Inoltre, poiché nel medesimo documento si richiede che "La ditta dovrà specificare le modalità di sterilizzazione/sanificazione validate secondo manuale e i cicli garantiti", si chiede di elencare marca e modello delle macchine lavaendoscopi presenti presso i reparti a cui la fornitura è destinata.

R: Si conferma che i raccordi delle macchine lavaendoscopi non sono da includere in offerta. Si conferma quanto scritto in capitolato che La ditta dovrà specificare le modalità di sterilizzazione/sanificazione validate secondo manuale e i cicli garantiti a prescindere da quanto presente in azienda perché potrà variare nel tempo. Tale dichiarazione sarà oggetto di valutazione qualitativa.

9) Quesito

In riferimento al documento All__7_Scheda_Offerta_economica, si evidenzia un'incongruenza nella formula contenuta nella cella I23: infatti l'IMPORTO della MANUTENZIONE POST GARANZIA - I23 (importo che come da Voi esplicitato NON è ricompreso nella base d'asta della procedura in oggetto) dovrebbe invece essere dato dalla moltiplicazione del "Prezzo unitario (Iva esclusa) OFFERTO – G23" con la somma di "q.tà certa – B23" e "q.tà opzionale – C23". Si chiede

pertanto di modificare la formula di tale cella da "I23=G23*C23" a "I23=G23*(C23+B23)".

R: Si conferma che l'importo di manutenzione post garanzia non è compreso in base d'asta. Per mero errore materiale si è imputato alla cella B23 "q.tà certa" un valore di n.7 unità e alla cella C23 un valore di n. 50 unità "q.tà opzionale". Si modificano i valori indicando n. 0 unità per la cella B23 "q.tà certa" e n.57 "q.tà opzionale" per la cella C23.

A tal proposito, considerando la diversa tipologia delle apparecchiature coinvolte si rimanda alla risposta del quesito n.3

10) Quesito

In riferimento al documento All_2_Disciplinare, a pag. 15 al paragrafo 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA viene richiesto che "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana". Sul punto si chiede conferma che limitatamente alle brochure da inserire in Offerta tecnica, possa essere accettata la lingua originale, ovvero la lingua inglese.

R: Si accetta limitatamente alle brochures

11) Quesito

In riferimento al documento SCHEDA – PER DESCRIZIONE-MATERIALI-USURABILI-E-DI-CONSUMO, si prende nota che viene richiesta la compilazione delle voci "Costo unitario (euro)" e "Totale parziale (euro)". Tenendo in considerazione che:

o tali voci fanno riferimento a valori economici e il documento deve essere inserito all'interno dell'offerta tecnica;

o i prezzi unitari di listino vengono già richiesti all'interno dell'Offerta economica; al fine di non inserire alcun riferimento a prezzi all'interno della Busta Tecnica stessa, si chiede conferma al Vs. Spett.le Ente che le voci Costo unitario (euro)" e "Totale parziale (euro)" non siano da compilare. In alternativa si chiede di confermare cosa debba essere compilato e dove debba essere inserito tale allegato.

R: Si conferma che le voci prezzo non devono essere compilate nell'offerta tecnica ma dovranno essere inserite nell'offerta economica.

12) Quesito

In riferimento al documento "SCHEDA_PER_RELAZIONE_TECNICA_PUNTUALE_DEI_PARAMETRI_ASSOCIATI_AI_CRITERI_MOTIVAZIONALI1", vengono valutate le CARATTERISTICHE EUS. Sul punto si rileva un'incongruenza con la tabella di valutazione (Capitolato tecnico a pag.16-17 e Disciplinare a pag. 24-25) in cui le caratteristiche degli ecovideogastroscoopi EUS non vengono valutate. Si chiede pertanto conferma che la tabella di valutazione contenga un refuso e che venga pertanto trasmessa la nuova griglia di valutazione completa dell'attribuzione del punteggio alle CARATTERISTICHE EUS.

R: Per mero errore materiale l'ecovideoendoscopio non è stato inserito nella tabella di valutazione sia di capitolato che di disciplinare. Si conferma che gli ecobroncoscopi (EBUS) ed ecovideoendoscopi (EUS) saranno oggetto di valutazione qualitativa. La voce relativa nella tabella qualitativa viene così modificata: caratteristiche ecobroncoscopio e ecovideoendoscopio, in particolare funzionalità e risoluzione, campo di visione, flessioni, miglior ampiezza di visione, maggior profondità di campo, flessione estesa del tratto distale, dimensioni diametro distale minimo e diametro canale operativo massimo

13) Quesito

In riferimento al documento "SCHEDA_PER_RELAZIONE_TECNICA_PUNTUALE_DEI_PARAMETRI_ASSOCIATI_AI_CRITERI_MOTIVAZIONALI1", tra i criteri di valutazione viene inserito "Sonde

incluse in offerta". Tenendo in considerazione che: o le sonde per sistema ecografico vengono richieste come OPZIONI A LISTINO o nella tabella di valutazione (Capitolato tecnico a pag.16-17 e Disciplinare a pag. 24-25), viene indicato, per la medesima voce, la dicitura "Sonde disponibili", si chiede conferma al Vs. Spett.le Ente che la dicitura "sonde incluse in offerta" sia un refuso e che pertanto tale voce debba essere sostituita con "Sonde disponibili".

R: si conferma che la dicitura "sonde incluse in offerta" sia un refuso e che pertanto tale voce debba essere sostituita con "Sonde disponibili".

14) Quesito

In riferimento al documento All__2_Disciplinare, al paragrafo 15.OFFERTA TECNICA al punto SICUREZZA, viene richiesto di "indicare le avvertenze e le precauzioni da prendere con riferimento ai diversi rischi nei quali l'utilizzatore e il paziente può incorrere sia in condizioni normali sia in condizioni di guasto, compresi l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione". Tenendo in considerazione che tali informazioni sono contenute all'interno dei manuali operativi dell'apparecchiatura offerta e che in fase di presentazione dell'offerta tecnica non è richiesto il loro inserimento, si chiede al Vs. Spett.le Ente di accettare che tali informazioni vengano fornite in fase di eventuale collaudo, ovvero la fase adibita alla consegna dei manuali operativi.

R: Si conferma quanto scritto in capitolato

15) Quesito

In riferimento al documento "MP0301_Modulo_Collaudo", si chiede conferma al Vs. Spett.le Ente che tale modulo non sia da compilare in fase di presentazione delle offerte di gara ma sia da consegnare in fase di eventuale aggiudicazione e conseguente collaudo. In alternativa si chiede di elencare quali siano le parti in carico alla compilazione della ditta offerente.

R: Si conferma

16) Quesito

In riferimento al documento "All__8_esponsabile_esterno_nomina_con_allegati", si chiede al Vs. Spett.le Ente di confermare che tale documento non debba essere compilato ed allegato alla Busta Tecnica in fase di presentazione dell'offerta, ma che debba essere consegnato in fase di eventuale aggiudicazione, come riportato nell'articolo 12 a pag. 13,14,15 del Capitolato Tecnico. In fase di presentazione dell'offerta, la ditta offerente dovrà produrre unicamente quanto specificato a pag. 22 del Disciplinare al paragrafo "Sicurezza dei Dati e dei Sistemi".

R: Si conferma che l'allegato 8 è inserito tra la documentazione di gara per presa visione.

17) Quesito

In riferimento al documento All__2_Disciplinare, al paragrafo 15.OFFERTA TECNICA al punto SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI e, nello specifico alla richiesta di "Fornire la certificazione del Software (es. ex IEC 62304 e guida CEI 62-237)", si chiede conferma che la richiesta possa essere parimenti soddisfatta fornendo le certificazioni, e la documentazione normativa a supporto, in relazione alla specifica soluzione tecnica offerta dalla scrivente per meglio rispondere alle richieste di capitolato ed alle esigenze tecniche ed operative espresse dal Vostro Spett. Ente e che propone la fornitura di apparecchiature classificate come Dispositivi Medici i quali integrano hardware e software proprietari e quindi certificate nel loro insieme.

R: Si conferma quanto scritto in capitolato: "Per garantire la conformità all'attuale quadro normativo relativo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) si richiede alla ditta partecipante di fornire tutti gli elementi documentali utili alla valutazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio di violazione degli stessi