



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi
Direttore avv. Morris Montalti

FASCICOLO - 472022 11.4.1

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI TEST PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI (1-3) β -D-GLUCANO COMPRENSIVA DI STRUMENTAZIONE IN COMODATO D'USO, PER U.O. MICROBIOLOGIA LABORATORIO UNICO-CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA AUSL DELLA ROMAGNA – LOTTO UNICO E INDIVISIBILE. ED 2.

VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, COMPRENSIVO DEL RINNOVO E DELLE OPZIONI: EURO 2.698.150,00 (I.E).

NUMERO GARA: 8902004

RISPOSTE AI QUESITI AL 13/02/2023

Quesito 1) PI042182-23

Buongiorno,

in riferimento a quanto indicato nell'Allegato _1_Capitolato_tecnico_beta_D_Glucano_ nelle ID 2 delle Caratteristica indispensabile, pena esclusione, richiedete “determinazione del contenuto di β -D-Glucano deve essere quantitativa ed espressa in peso/volume. Allegare metodica a comprova”, si richiede a codesto spettabile ente, nel principio di massima partecipazione alla gara, di accettare e valutare soluzioni che non sono rispondenti ai requisiti di minima richiesti.

Risposta a Quesito 1) PI042182-23

Si conferma il capitolato tecnico (Allegato 1).

Nel capitolato tecnico viene richiesta come caratteristica indispensabile pena l'esclusione, la determinazione **quantitativa** del contenuto di β -D-Glucano, perché ritenuta la più idonea per la ricaduta clinica del test e cioè la diagnosi precoce di infezione fungina invasiva per l'individuazione dei soggetti fragili da sottoporre a terapia antifungina ed il successivo monitoraggio dell'efficacia della stessa. Un risultato qualitativo o espresso in indice non soddisfa pienamente questa esigenza.

Dal momento che non esiste uno standard internazionale per il β -D-Glucano, si ritiene l'espressione del risultato quantitativo in peso/volume la più oggettivamente idonea a rispondere all'esigenza clinica.