



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER LAPARASCOPIA

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 8/03/2023

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI070011-23	Spett.le Ente, relativamente al Punto 1 , sub-lotto (a,b,c,d) Esiste una tolleranza sui codici misura clip richieste dal capitolato come : M, ML , L, XL da poter offrire ; se prevista di quale percentuale?	Capitolato speciale Lotto n. 1	In relazione al quesito posto relativamente al lotto n. 1 si confermano le misure richieste in capitolato: M, ML, L, XL.
PI070634-23	Buongiorno, Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a chiedere di indicare il numero di applicatori in comodato d'uso necessari ai fini di poter presentare congrua offerta economica.	Capitolato speciale Lotto n. 1	In relazione al quesito posto relativamente al lotto n. 1 si comunica che non è possibile stabilire a priori il numero degli applicatori pluriuso da fornire in comodato d'uso gratuito, il fornitore aggiudicatario dovrà fare fronte alle richieste dei reparti utilizzatori.
PI071481-23	Si chiede cortesemente di confermare che la campionatura richiesta ai fini della valutazione della componente tecnica dell'offerta presentata per il lotto 3, corrisponda a n. 1 unità, fornita all'interno della propria integra confezione individuale.	Capitolato speciale Lotto 3	In relazione al quesito posto relativamente al lotto n. 3 si comunica che è richiesta quale campionatura una confezione integra minima di vendita.
PI072042-23	Spettabile Azienda, In merito al lotto 2: Rinforzo riassorbibile per linea di sutura con punti il fabbisogno pare espresso per unità di confezionamento singole. Per ragioni di sostenibilità ambientale ed economica, la nostra Azienda dispone oltre al singolo confezionamento, di confezioni di 12 unità. L'analisi del file Articoli, non permette di offrire nelle linee il corrispettivo importo della confezione da 12 Unità. Chiediamo una soluzione che permetta di formulare la miglior offerta nel rispetto delle basi di gara, considerando però un confezionamento che non sia esclusivamente a singole unità. Si chiede altresì la possibilità di posticipare la data di consegna della campionatura, in considerazione dei chiarimenti di cui sopra.	Capitolato speciale Lotto 2	In relazione ai quesiti posti relativamente al lotto n. 2 si comunica quanto segue: <ul style="list-style-type: none">- nel file articoli è richiesto di specificare il prezzo offerto per unità di misura ovvero per pezzo, mentre nella scheda offerta economica (All. 8) è richiesta anche l'indicazione del confezionamento e del relativo prezzo;- la campionatura dovrà essere consegnata in tempo utile per l'inizio dei lavori della commissione che si ritiene entro il giorno di apertura della Busta B- offerta tecnica che verrà comunicato ai sensi dell'art. 18 del disciplinare di gara.