

Area Dipartimentale Economico e Gestionale  
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LA FORNITURA DI PIASTRE O PLACCHE MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE, CARDIOVERSIONE SINCRONIZZATA, STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSTORACICA E MONITORAGGIO, PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA € 121.752,00 COMPLESSIVO DELL'APPALTO, COMPRESIVO DELLE OPZIONI, EURO 745.731,00 I.E.**

### QUESITI

#### **1) Quesito**

Si chiede di precisare se con la dicitura "piastre radiotrasparenti" viene richiesta la radiotrasparenza sia nella placca che nel cavo.

**R:** sarà considerato requisito preferibile ma non escludente quello del cavo radiotrasparente

#### **2) Quesito**

In riferimento alla procedura in corso si chiede conferma che debba essere inviata campionatura entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta.

**R:** Si conferma, precisando che la presentazione della campionatura non è a pena di esclusione ma, se presente, sarà sottoposta a valutazione da parte della commissione giudicatrice al fine di un più completo esame.

#### **3) Quesito**

LOTTO: al fine di codificare correttamente la piastra da offrire si chiede se i defibrillatori TEC 5631 N.K. sono dotati di cavo K342A (JC-855V) oppure K342B (JC-865V) in alternativa vi preghiamo indicare il codice in uso.

**R:** i Cardiolife TEC-5631 in dotazione ad AUSL Romagna sono forniti di cavo DAE K342B il cui tester ha codice Y206A

#### **4) Quesito**

Tra i parametri di attribuzione del punteggio, al punto 2, si legge "connettore di aggancio al defibrillatore esterno alla confezione". A tale parametro vengono attribuiti 15 punti. Facciamo presente che alcuni codici con questa caratteristica non trovano riscontro in altrettanti codici delle piastre originali, che non vengono prodotte in busta con cavo esterno. Questo non consentirebbe una totale equivalenza con le originali. Chiediamo conferma che, trattandosi solo di una differenza nel confezionamento, che non incide neanche minimamente sulla Funzionalità del dispositivo, che

rimane Equivalente all'originale, possano essere ugualmente offerte piastre con cavo esterno alla busta anche se non esiste l'originale con questo confezionamento.

**R:** si conferma. Possono essere presentate piastre sia con cavo esterno che senza cavo esterno o entrambe le tipologie. Il requisito sarà oggetto di valutazione qualitativa.