

FASCICOLO 202211.4.1-39

OGGETTO: PNC FORNITURA IN ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE/SISTEMI SUDDIVISA IN NR. 8 LOTTI AGGIUDICABILI SINGOLARMENTE NON FRAZIONABILI, PER L'U.O. MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AFFERENTE GLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR.

SUBINVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) - LINEA DI INVESTIMENTO: "RAFFORZAMENTO COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS-SNPA A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE, MIGLIORANDO LE INFRASTRUTTURE, LE CAPACITÀ UMANE E TECNOLOGICHE E LA RICERCA APPLICATA".

VALOPRE COMPLESSIVO POSTO A BASE D'ASTA € 1.730.979,51 (I.E.)

CUP I83C22000640005.

RISPOSTA AI QUESITI AL 24/04/2023

Quesito 1) PI107652-23

Gentili, in riferimento alla compilazione del modulo DGUE si chiede chiarimento per la PARTE IV sez. A, B, C, D.

Si chiede conferma che la sez. B - CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA non vada compilata e si chiedono indicazioni circa le sez. C e D.

Risposta a Quesito 1) PI107652-23

Non è richiesto alcun requisito di capacità economica finanziaria (art. 6.2 Disciplinare di gara).

Per il requisito di capacità tecnica e professionale si rimanda al Disciplinare di gara art. 6.3.

Quesito 2) PI110022-23

Gentili, in relazione alla compilazione del modulo DGUE, parte IV, si chiede conferma che le sez. C - CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) e D - SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) non vadano compilate.

Risposta a Quesito 2) PI110022-23

Si conferma che la parte IV sezioni C e D del DGUE non sono da compilare, fermo restando quanto previsto al paragrafo 6.3 del disciplinare di gara intitolato "REQUISITI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE", con riferimento alla dichiarazione da rendere, e alla relazione ivi richiamata da presentare in sede di gara.

Quesito 3) PI110048-23

Gentili, in riferimento all'art. 6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di gara, si chiede se la relazione a comprova di tali requisiti, sia da fornire nella documentazione di gara oppure in un secondo momento in sede di eventuale aggiudicazione.

Risposta a Quesito 3) PI110048-23

Si conferma che la relazione in parola, è da fornire in sede di gara inserendolo nell'apposito "slot" predisposto su SATER. Si veda anche il quesito **PI110022-23**.

Quesito 4) PI111893-23

- 1) **Lotto 6, rif. A/B/C:** è possibile preventivare modelli di centrifuga che dispongano di n.2 diversi rotori, uno specifico per provette da 1.5/2ml (con adattatori per microprovette da 0.5/0.2ml) ed uno specifico per le strip?
- 2) **Lotto 6 rif. E:** data la specifica applicazione per le sole microprovette da 1.5/2ml, è possibile preventivare un modello di centrifuga che dispone di un unico profilo di accelerazione/decelerazione con una velocità di 10 e di 12 secondi rispettivamente?
- 3) **Lotto 7:** relativamente ai rotori richiesti è indicato che devono poter alloggiare provette con volume superiore a 30ml ed inferiore a 4ml e si chiede pertanto se un volume nominale di 39ml nel primo caso ed un volume nominale da 1.5/2ml siano valori accettabili o meno. Nel caso non lo siano, si richiede di indicare con maggior precisione i volumi delle provette che si intendono alloggiare nei rotori ad angolo fisso.

Risposta a Quesito 4) PI111893-23

- 1) **Lotto 6, rif. A/B/C:** Sì, è possibile preventivare modelli con 2 differenti rotori.
- 2) **Lotto 6 rif. E:** Sì, è possibile preventivare il modello di centrifuga con un unico profilo di accelerazione/decelerazione che presenta i valori riportati nel quesito.
- 3) **Lotto 7:** Sia il valore di volume di 39 ml sia quello da 1.5/2 ml sono valori accettabili.

Quesito 5) PI113370-23

Si chiede il seguente chiarimento in riferimento al Capitolato Tecnico – ART. 3.3.1 LOTTO 3: CRITERI DI OGGETTO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO QUALITA' – Punto 2.4 – “Fornitura gratuita di reagenti necessari per l'estrazione di acidi nucleici per ulteriori 100 campioni di feci rispetto a quelli richiesti nei requisiti indispensabili. I kit devono contenere tutto il necessario (reagenti e consumabili) per l'allestimento della seduta”:

si richiede la possibilità di fornire i reagenti necessari per l'estrazione di acidi nucleici per ulteriori 96 campioni di feci rispetto a quelli richiesti nei requisiti indispensabili, essendo il nostro confezionamento da 48 estrazioni.

Risposta a Quesito 5) PI113370-23

ART. 3.3.1 LOTTO 3: CRITERI DI OGGETTO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO QUALITA' – Punto 2.4:

Ai fini dell'attribuzione del punteggio qualità di cui al punto 2.4 in oggetto, è necessario fornire 100 o più reagenti necessari per l'estrazione di ac. nucleici da feci.

Quesito 6) PI113379-23

- 1) In riferimento alla SCHEDA OFFERTA ECONOMICA_ALLEGATO 8-PUNTO 3 RIF A per il LOTTO 3, si richiede conferma che “reagenti di estrazione su varie matrici **” sia riferito a “un kit starter per reagenti di estrazione da tampone” indicato nel Capitolato Tecnico ART. 3.3. LOTTO 3, pag. 20.
- 2) In riferimento al Capitolato Tecnico ART. 3.3. LOTTO 3 RIF A, pag. 20, Punto 10 “Fornitura di un kit starter per reagenti di estrazione da tampone”, si richiede di specificare tipologia di tampone (esempio: cervicale, nasofaringeo, etc) e tipo di acido nucleico da estrarre (esempio: acidi nucleici virali, batterici, etc)

Risposta a Quesito 6) PI113379-23

- 1) Si conferma che la dicitura "reagenti di estrazioni su varie matrici" è riferita a reagenti di estrazione da tampone.
- 2) Si richiede estrazione di DNA genomico batterico su tampone nasofaringeo.

Quesito 7) PI113383-23

In riferimento al Capitolato Tecnico ART. 3.3. LOTTO 3 RIF B, pag. 21, Punto 4, si richiede di specificare:

- 1) Quali siano i materiali di partenza da cui si vuole estrarre gli acidi nucleici virali (700 estrazioni)
- 2) Quali sia la tipologia di tampone (esempio: cervicale, nasofaringeo, etc) e tipo di acido nucleico da estrarre (esempio: acidi nucleici virali, batterici, etc) (550 estrazioni)
- 3) Quale sia il tipo di acido nucleico (esempio: DNA genomico, RNA totale, etc) da estrarre da tessuti (200 estrazioni)
- 4) Quale sia il tipo di acido nucleico da estrarre da feci (200 estrazioni) e qual è il tipo di analisi a valle (esempio: estrazione di DNA batterico per l'analisi del microbiota, estrazione di DNA batterico e di parassita per analisi e rilevazione di patogeni, etc)

Risposta a Quesito 7) PI113383-23

- 1) I materiali di partenza devono essere campioni respiratori, siero e plasma.
- 2) Si richiede estrazione di DNA genomico batterico su tampone nasofaringeo.
- 3) Per estrazione da tessuti si richiede kit per l'estrazione di DNA genomico
- 4) La tipologia dell'acido nucleico da estrarre è DNA genomico batterico. I kit dovranno essere compatibili con analisi di WGS, metagenomica e microbiota.

Quesito 8) PI113422-23

In riferimento al Capitolato Tecnico ART. 1.1 - TABELLA 1) - LOTTO 3 RIF B, pag. 4, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Si chiede di meglio precisare il dato "20" indicato alla colonna "FABBISOGNO".
- 2) Si chiede di precisare in quanti anni è prevista la fornitura dei reagenti richiesti.
- 3) Si chiede di precisare la cadenza con la quale si prevede di effettuare gli ordinativi dei reagenti ed entro quanti giorni dall'ordine se ne richiede la consegna.

Risposta a Quesito 8) PI113422-23

- 1) Con il numero 20 si intende il numero minimo di kit per raggiungere il numero di reazioni richieste, è comunque possibile offrire un numero di kit superiore a 20 per raggiungere il numero di reazioni richieste.
- 2) I reagenti richiesti saranno ordinati entro il 31/12/2026.
- 3) Come previsto da Capitolato tecnico art. "ART. 5.1 CONSEGNA BENI SANITARI (prodotti, materiale di consumo ecc...)", la consegna deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi a decorrere dalla data di ricezione delle richieste di consegna (ove non specificamente indicata).

Quesito 9) PI123229-23

In riferimento all'Allegato A del capitolato tecnico, LOTTO 3 RIF. A – Tabella REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE – Pag. 11 – Punto 6, manca la possibilità di spunta risposta "SI" – "NO".

Trattandosi di file in formato word protetto non modificabile, si chiede la pubblicazione del file corretto con possibilità di spunta.

Risposta a Quesito 9) PI123229-23

A seguito del quesito PI123229-23 del 18/04/2023, si provvede a sostituire l'Allegato A) del Capitolato tecnico, nel quale è stata inserita la possibilità di spunta risposta "SI" – "NO" ove non presente.

Qualora gli OO.EE. avessero già provveduto a caricare la propria offerta anche solo parzialmente, è necessario provvedere con un refresh.

Quesito 10) PI123249-23

In considerazione del progressivo venir meno dei limiti al subappalto e di quanto ad oggi prescritto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 77/2021 (cd. decreto "semplificazioni

bis") per cui "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché ... all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare", si chiede di confermare che nel DGUE si debba indicare solo la parte di prestazione da affidare in subappalto e non anche la percentuale corrispondente al suo valore, fermo l'attuale limite (insuperabile) e che il DGUE non debba essere compilato anche dal subappaltatore in quanto non è più obbligatoria l'indicazione del nominativo del subappaltatore.

Risposta a Quesito 10) PI123249-23

Si conferma.

Quesito 11) PI124213-23

Buongiorno,

si chiede cortesemente di poter ricevere i seguenti chiarimenti:

1. In merito al lotto 6 RIF A, B, C, E ed F si chiede cortesemente per ogni RIFERIMENTO il numero minimo di provette da 1,5 mL da centrifugare
2. In merito al lotto 6 RIF D si chiede cortesemente il numero minimo di provette da centrifugare o il volume minimo dei cestelli che ospitano le provette
3. In merito al lotto 7 a fine di identificare nel più chiaro modo possibile la tipologia e il numero dei rotori da fornire si richiede maggiori specifiche sulla tipo di rotore (basculante o angolo fisso), numero massimo di gravità, numero e volume delle provette.

Risposta a Quesito 11) PI124213-23

- 1) Si precisa che non è fissato un numero minimo e vincolante di provette da centrifugare, per le misure/tipologie richieste in capitolato tecnico.
- 2) Si precisa che non è fissato un numero minimo e vincolante di provette e microprovette da centrifugare, per le misure/tipologie richieste in capitolato tecnico.
- 3) Si conferma come riportato nell' ART. 3.7 LOTTO 7 punto 1 requisiti indispensabili pag. 34 le caratteristiche di velocità e si precisa che non è fissata la tipologia di rotore, il numero di provette o il loro volume.

Quesito 12) PI126469-23

In riferimento all'art. 5 – REQUISITI GENERALI del Disciplinare di gara e al punto 14) dell'Allegato 2- Modello Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative rettificato, in cui si richiede agli o. e. di dichiarare "di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali": si chiede di confermare che in merito all'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile deve ritenersi riferita unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali". Si chiede pertanto di confermare che tale dichiarazione richiesta non sia da ritenersi intesa a che l'operatore economico si impegni ad assumere personale, nel caso in cui la prestazione possa essere eseguita con personale già contrattualizzato.

Risposta a Quesito 12) PI126469-23

Si conferma.

Quesito 13) PI126578-23

Relativamente al lotto 6 rif. B si chiede se la specifica "Velocità massima non inferiore a 12.000 g" sia un refuso e vada invece letta come "Velocità massima non inferiore a 12.000 rpm". Infatti una forza di gravità così elevata in centrifughe MiniSpin non refrigerate non è raggiungibile.

Risposta a Quesito 13) PI126578-23

Si conferma quanto scritto nel capitolato tecnico di gara