

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DEL LAVAGGIO MECCANICO (LOTTO 1), PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ANTICALCARE E DETERGENTE PER L'UTILIZZO IN MACCHINE AUTOMATICHE PER IL LAVAGGIO E LA DISINFEZIONE DI LAVAPADELLE (LOTTI 2, 3, 4) E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IL PRETRATTAMENTO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO (LOTTI 5, 6) – ED. 1. DURATA 36 MESI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. VALORE A BASE D'ASTA EURO 568.950,00 I.E. NUMERO DI GARA 9005060.

QUESITO 1

Non riusciamo a comprendere se nel lotto 1 cosa si intende " In caso venga offerto prodotto specifico per la neutralizzazione "

RISPOSTA 1

La ditta può offrire un prodotto unico che abbia le caratteristiche tecniche richieste; in alternativa proporre un prodotto che abbia le caratteristiche tecniche richieste ma necessita di un secondo prodotto per la neutralizzazione. Allo stesso modo, anche nella scheda di offerta andranno aggiunti i necessari quantitativi di prodotto neutralizzante (in proporzione con le quantità del detergente) per il lotto 1 - Rif. 2 / Rif. 3, nonché aggiunti anche i costi al litro del neutralizzante.

QUESITO 2

Siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

LOTTO 1: Si chiede i prodotti ora in uso e le macchine in dotazione al fine dell'equivalenza tecnica.

LOTTO 3: Si chiede i prodotti ora in uso al fine dell'equivalenza tecnica.

LOTTO 4: Si chiede i prodotti ora in uso e le macchine in dotazione al fine dell'equivalenza tecnica.

LOTTO 5: Si chiede marca macchine decontaminatrici automatiche.

RISPOSTA 2

I documenti di gara sono completi ed esaustivi, non si ritiene opportuno fare alcuna integrazione.

QUESITO 3

chiediamo dove è possibile trovare gli allegati 6 e 7 dopo la rettifica comunicata con il Vostro avviso.

RISPOSTA 3

Si provvede ad allegare i file 6 e 7 con la dicitura "rettificato".

Gli allegati 6 e 7 rettificati ora sono visibili anche sulla piattaforma Sater; in precedenza risultavano caricati ma non resi visibili.

QUESITO 4

Siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

cosa si intende per dichiarazione di efficacia su clostridium difficile (rimozione delle spore) e norme o test di riferimento accettate.

RISPOSTA 4

La ditta offerente deve presentare come documentazione di gara pena l'esclusione, specifica dichiarazione/documentazione dove si evinca l'efficacia dei prodotti offerti in merito alla rimozione delle spore del batterio Clostridium difficile. Da tale dichiarazione/documentazione si deve poter evincere che i test di validazione sono stati eseguiti utilizzando i prodotti offerti su apparecchiature di lavaggio e disinfezione LAVAPADELLE.

QUESITO 5

Richiediamo se per la richiesta di compatibilità tecnica con le macchine lavastrumenti è sufficiente un'autocertificazione del fabbricante dei consumabili o se deve essere rilasciata dal fabbricante dell'apparecchiatura lavastrumenti.

RISPOSTA 5

Trattasi di dichiarazione a firma della ditta offerente.