

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI TERMOMETRI CLINICI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

VERBALE DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRESENTATA DAGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI.

Il giorno 23/11/2022, alle ore 11:30, a Cesena (FC), località Pievesestina, in viale I maggio n. 280, negli uffici dell'U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi dell'AUSL della Romagna, il RUP procede in seduta riservata alla verifica della completezza e regolarità sostanziale della documentazione amministrativa presentata, secondo l'ordine di inserimento a Sistema delle offerte.

L'esito della verifica della documentazione presentata dagli operatori economici viene sinteticamente riepilogato nella tabella sottostante:


RAGIONE SOCIALE	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	ESITO
FARMACEUTICI - MEDICAZIONE - ARTICOLI CHIRURGICI - *FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Documentazione regolare e conforme a quanto richiesto negli atti di gara.	Ammesso al prosieguo della gara.
LAMONEA S.R.L.	Documentazione regolare e conforme a quanto richiesto negli atti di gara	Ammesso al prosieguo della gara.
MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.	Documentazione regolare e conforme a quanto richiesto negli atti di gara	Ammesso al prosieguo della gara.
GI.PI.GI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GIOVANNI PIERO GIRIBALDI & C.	Documentazione regolare e conforme a quanto richiesto negli atti di gara	Ammesso al prosieguo della gara.

Alle ore 12:52 del giorno 23/11/2022 si chiude la seduta riservata di esame della documentazione amministrativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP

Dott.ssa Alessandra Pongeggi



PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI TERMOMETRI CLINICI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Il giorno 28/11/2022 alle ore 10:00 presso la sede dell'U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi si apre la seconda seduta pubblica virtuale, per l'apertura della busta B); ad essa possono partecipare le ditte concorrenti, collegandosi da remoto al sistema.

Il Responsabile del procedimento, procede – trattandosi di mera operazione meccanica, tracciata sulla piattaforma informatica – allo sblocco delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta "B") caricate sul SATER degli operatori economici partecipanti ammessi al prosieguo della gara.

Il Rup, verificato che tutte le buste tecniche sul sistema si presentano nello stato di "chiuso", procede all'apertura delle offerte tecniche accedendo a ciascuna offerta presentata per singolo lotto da ciascuna ditta partecipante.

Per ciascuna offerta sbloccata, il RUP controlla la presenza nominale dei documenti richiesti nella lettera invito e dà atto che il sistema in automatico verifica la validità dei certificati di firma digitale.

Le operazioni proseguono sino al completamento dello sblocco di tutte le offerte tecniche.

Si precisa che la documentazione viene scaricata su memoria digitale e successivamente resa disponibile in modalità protetta e riservata alla Commissione giudicatrice al fine di facilitare e velocizzare le modalità di consultazione della stessa da parte della Commissione medesima.

Il giorno 27/01/2023 alle ore 15:37, il Rup chiude la seduta virtuale.

La verifica della presenza sostanziale dei documenti richiesti nonché la valutazione della documentazione tecnica è rimessa alla Commissione Giudicatrice, in apposite sedute riservate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP

Dott.ssa Alessandra Pongeggi -



RDO PER LA FORNITURA DI TERMOMETRI CLINICI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA – Commissione aggiudicatrice

Cesena, 29/11/2022

Nella giornata odierna si è riunita alle ore 10:00 presso la Direzione Farmaceutica Centralizzata dell'Ausl Romagna, la commissione aggiudicatrice della RDO per la fornitura di termometri clinici per la misurazione della temperatura corporea, commissione formata da:

- Tecnico Biomedico Maria Morellini
- Infermiere Francesco Oppido
- Dirigente Farmacia Centralizzata Dott. Dal Muto Matteo

Si è provveduto in prima istanza a nominare il presidente di commissione, ovvero il Dott. Dal Muto Matteo.

Si è provveduto a leggere attentamente il capitolato di gara ed a programmare i prossimi incontri di lavoro.

Inoltre è stata ritirata la campionatura presso lo studio del RUP Dott.ssa Ponseggi, campionatura che verrà chiusa fino a fine lavori nello studio del presidente di commissione.

Il presidente di commissione ha ritirato dai componenti della commissione la dichiarazione di incompatibilità, dichiarazioni che sono state consegnate al RUP Dott.ssa Ponseggi.

Alle ore 12:30 la commissione si scioglie e programma il prossimo incontro per la giornata del 13/12

Cesena, 13/12/2022

Nella giornata odierna si è riunita la commissione alle ore 09:00 presso la Direzione Farmaceutica Centralizzata dell'Ausl Romagna, per valutazione idoneità lotti.

Lotto 1: si è proceduto alla lettura delle schede ed allegati presentati dalle 3 ditte (GLPI.GI, LAMONEA e MEGAPHARMA) ed alla verifica dei requisiti tecnici richiesti da capitolato.

La valutazione è stata effettuata come Allegato 1.

Lotto 2: si è proceduto alla valutazione tecnica del prodotto offerto dalla ditta LAMONEA ed alla verifica dei requisiti tecnici richiesti dal capitolato.

La valutazione è stata effettuata come Allegato 1.



La commissione aggiudicatrice invia richiesta formale al RUP Dott.ssa Ponseggi per richiedere alle ditte FARMAC ZABBAN e GL.PI.GI invio di campionatura, come richiesto dal capitolato, al fine di procedere con successiva valutazione.

Lotto 3: si è proceduto alla valutazione tecnica del prodotto offerto dalla ditta LAMONEA e MEGAPHARMA ed alla verifica dei requisiti tecnici richiesti dal capitolato.

La valutazione è stata effettuata come Allegato 1.

La commissione aggiudicatrice invia richiesta formale al RUP Dott.ssa Ponseggi per richiedere alla ditta GL.PI.GI invio di campionatura, come richiesto dal capitolato, al fine di procedere con successiva valutazione.

Lotto 4, 5 e 6: non si è effettuata valutazione in quanto lotti deserti.

Alle ore 11:00 la commissione termina i lavori. Si decide di fissare ulteriore incontro a data da destinarsi per valutazione eventuali campioni Lotto 2 e 3 come sopracitato.

Cesena, 12/01/2023

Nella giornata odierna si è riunita la commissione alle ore 09:00 presso la Direzione Farmaceutica Centralizzata dell'Ausl Romagna, per valutazione idoneità lotti.

Lotto 2: si è proceduto alla valutazione tecnica del prodotto offerto dalla ditta GL.PI.GI. ed alla verifica dei requisiti tecnici richiesti dal capitolato.

La valutazione è stata effettuata come Allegato 1.

Lotto 2: si è proceduto alla valutazione tecnica del prodotto offerto dalla ditta FARMAC ZABBAN, ed alla verifica dei requisiti tecnici richiesti dal capitolato.

La valutazione è stata effettuata come Allegato 1.

Lotto 3: si è proceduto alla valutazione tecnica del prodotto offerto dalla ditta GL.PI.GI ed alla verifica dei requisiti tecnici richiesti dal capitolato.

La valutazione è stata effettuata come Allegato 1.

Alle ore 10:30 la commissione termina i lavori.

Il presidente di Commissione consegna al RUP Dott.ssa Ponseggi sia il verbale firmato sia l'Allegato 1 firmato dai componenti della commissione.

- Tecnico Biomedico Maria Morellini
- Infermiere Francesco Oppido
- Dirigente Farmacia Centralizzata Dott. Dal Muto Matteo

Maria Morellini
Francesco Oppido
Dr. Dal Muto

LOTTO 1: TERMOMETRI CLINICI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA A DISTANZA						
Criterio	Parametri	Data	Punteggio commissione	Punteggio minimo idoneità	Punteggio massimo idoneità	Note commissione
Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura offerta max 15 punti	Caratteristiche costruttive, dimensioni e peso, maneggevolezza, dotazione dispositivi di sicurezza e modalità di utilizzo	GI PI GI	15	7	15	
Modalità di lavoro dello strumento max 15 punti	Velocità di rilevazione delle temperature, modalità di calibrazione e accuratezza della misura		15	7	15	
Caratteristiche della batteria di alimentazione max 6 punti	Tipo di batteria e autonomia di lavoro e carica completa (in ore)		6	4	6	
Modalità di disinfezione max 8 punti	Semplicità di montaggio-smontaggio dell'apparecchiatura, dotazione di apposito contenitore di protezione per il trasporto dell'apparecchio		8	4	8	
Modalità e tipologia di manutenzione ordinaria necessaria a carico utilizzatori max 8 punti	Operazioni di manutenzione ordinaria a carico del personale utilizzatore (es. necessità di calibrazioni regolatorie periodiche, ecc.)		8	4	8	
Estensione garanzia max 6 punti	Estensione della garanzia oltre i 24" mese (estensione minima 6 mesi, punteggio da attribuire in modo proporzionale al periodo di estensione offerto)		6	4	6	Nell'allegato tecnico fornito non è specificata nessuna estensione di garanzia, quindi si intende i 6 mesi come da capitolato
Assistenza tecnica e formazione max 12 punti	Caratteristiche del servizio di formazione proposto e caratteristiche del servizio di assistenza tecnica post vendita con possibilità di fornitura di strumenti sostitutivi		12	6	12	Non è allegato il modulo MR_PD1_02_REV.2019, tuttavia non inizia nella valutazione tecnica

LOTTO 1: TERMOMETRI CLINICI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA A DISTANZA						
Criterio	Parametri	Data	Punteggio commissione	Punteggio minimo idoneità	Punteggio massimo idoneità	Note commissione
Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura offerta max 15 punti	Caratteristiche costruttive, dimensioni e peso, maneggevolezza, dotazione dispositivi di sicurezza e modalità di utilizzo	LAMONICA	15	7	15	
Modalità di lavoro dello strumento max 15 punti	Velocità di rilevazione delle temperature, modalità di calibrazione e accuratezza della misura		15	7	15	
Caratteristiche della batteria di alimentazione max 6 punti	Tipo di batteria e autonomia di lavoro e carica completa (in ore)		6	4	6	
Modalità di disinfezione max 8 punti	Semplicità di montaggio-smontaggio dell'apparecchiatura, dotazione di apposito contenitore di protezione per il trasporto dell'apparecchio		8	4	8	
Modalità e tipologia di manutenzione ordinaria necessaria a carico utilizzatori max 8 punti	Operazioni di manutenzione ordinaria a carico del personale utilizzatore (es. necessità di calibrazioni regolatorie periodiche, ecc.)		8	4	8	
Estensione garanzia max 6 punti	Estensione della garanzia oltre i 24" mese (estensione minima 6 mesi, punteggio da attribuire in modo proporzionale al periodo di estensione offerto)		6	4	6	5 anni di garanzia come da allegato tecnico presentato
Assistenza tecnica e formazione max 12 punti	Caratteristiche del servizio di formazione proposta e caratteristiche del servizio di assistenza tecnica post vendita con possibilità di fornitura di strumenti sostitutivi		12	6	12	

LOTTO 1: TERMOMETRI CLINICI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA A DISTANZA						
Criterio	Parametri	Data	Punteggio commissione	Punteggio minimo idoneità	Punteggio massimo idoneità	Note commissione
Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura offerta max 15 punti	Caratteristiche costruttive, dimensioni e peso, maneggevolezza, dotazione dispositivi di sicurezza e modalità di utilizzo	MECAPHARMA	15	7	15	
Modalità di lavoro dello strumento max 15 punti	Velocità di rilevazione delle temperature, modalità di calibrazione e accuratezza della misura		15	7	15	Nella scheda tecnica allegata non viene specificata il grado di risoluzione di 0.1° C
Caratteristiche della batteria di alimentazione max 6 punti	Tipo di batteria e autonomia di lavoro e carica completa (in ore)		6	4	6	
Modalità di disinfezione max 8 punti	Semplicità di montaggio-smontaggio dell'apparecchiatura, dotazione di apposito contenitore di protezione per il trasporto dell'apparecchio		8	4	8	
Modalità e tipologia di manutenzione ordinaria necessaria a carico utilizzatori max 8 punti	Operazioni di manutenzione ordinaria a carico del personale utilizzatore (es. necessità di calibrazioni regolatorie periodiche, ecc.)		8	4	8	
Estensione garanzia max 6 punti	Estensione della garanzia oltre i 24" mese (estensione minima 6 mesi, punteggio da attribuire in modo proporzionale al periodo di estensione offerto)		6	4	6	Nell'allegato tecnico fornito non è specificata nessuna estensione di garanzia, quindi si intende i 6 mesi come da capitolato
Assistenza tecnica e formazione max 12 punti	Caratteristiche del servizio di formazione proposto e caratteristiche del servizio di assistenza tecnica post vendita con possibilità di fornitura di strumenti sostitutivi		12	6	12	Non è allegato il modulo MR_PD1_02_REV.2019, tuttavia non inizia nella valutazione tecnica

DE/16/6
 Maria Rosellini
 Francesco Effendi

LOTTO 2: TERMOMETRI A DISPOSITIVO ANALOGICO DI TIPO ECOLOGICO TRADIZIONALE						
Criterio	Parametri	Ditta	Punteggio commissione	Punteggio minimo idoneità	Punteggio massimo idoneità	Note commissione
Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura offerta max 20 punti	Caratteristiche costruttive, dimension e peso, maneggevolezza, durata della batteria, dotazione di dispositivi di sicurezza e modalità di utilizzo	LAMONEA	20	10	20	
Modalità di lavoro dello strumento max 28 punti	Velocità di rilevazione delle temperature, accuratezza della misura e facilità di lettura; velocità di azzeramento della misura precedente		28	16	28	
Modalità di disinfezione max 22 punti	Disinfezione della punta e semplicità di disinfezione		22	10	22	

Criterio	Parametri	Ditta	Punteggio commissione	Punteggio minimo idoneità	Punteggio massimo idoneità	Note commissione
Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura offerta max 20 punti	Caratteristiche costruttive, dimension e peso, maneggevolezza, durata della batteria, dotazione di dispositivi di sicurezza e modalità di utilizzo	GI PI.GI	20	10	20	
Modalità di lavoro dello strumento max 28 punti	Velocità di rilevazione delle temperature, accuratezza della misura e facilità di lettura; velocità di azzeramento della misura precedente		24	16	28	Il campione offerto, ovvero il modello BASIC, non presenta la custodia con il "facilitatore", fondamentale in attività di reparto per ridurre i tempi di lavoro.
Modalità di disinfezione max 22 punti	Disinfezione della punta e semplicità di disinfezione		22	10	22	

Criterio	Parametri	Ditta	Punteggio commissione	Punteggio minimo idoneità	Punteggio massimo idoneità	Note commissione
Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura offerta max 20 punti	Caratteristiche costruttive, dimension e peso, maneggevolezza, durata della batteria, dotazione di dispositivi di sicurezza e modalità di utilizzo	FARMAC ZABBAN	20	10	20	
Modalità di lavoro dello strumento max 28 punti	Velocità di rilevazione delle temperature, accuratezza della misura e facilità di lettura; velocità di azzeramento della misura precedente		28	16	28	
Modalità di disinfezione max 22 punti	Disinfezione della punta e semplicità di disinfezione		22	10	22	


DE BE LO
Mario Modugno
Giancarlo Ophel

LOTTO 3: TERMOMETRI A DISPOSITIVO DIGITALE A CONTATTO						
Criterio	Parametri	Ditta	Punteggio commissione	Punteggio minimo idoneità	Punteggio massimo idoneità	Note commissione
Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura offerta max 20 punti	Caratteristiche costruttive, dimension e peso, maneggevolezza, durata della batteria, dotazione di dispositivi di sicurezza e modalità di utilizzo	LAMONEA	10	10	20	I campioni offerti perdono con troppa facilità il tappo del vano batteria, esponendo la parte elettronica. Sostituzione della batteria non facile ed intuitiva.
Modalità di lavoro dello strumento max 28 punti	Velocità di rilevazione delle temperature, accuratezza della misura e facilità di lettura, velocità di azzeramento della misura precedente		28	16	28	
Modalità di disinfezione max 22 punti	Disinfezione della punta e semplicità di disinfezione		22	10	22	

LOTTO 3: TERMOMETRI A DISPOSITIVO DIGITALE A CONTATTO						
Criterio	Parametri	Ditta	Punteggio commissione	Punteggio minimo idoneità	Punteggio massimo idoneità	Note commissione
Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura offerta max 20 punti	Caratteristiche costruttive, dimension e peso, maneggevolezza, durata della batteria, dotazione di dispositivi di sicurezza e modalità di utilizzo	MEGAPHARMA	10	10	20	I campioni offerti perdono con troppa facilità il tappo del vano batteria, esponendo la parte elettronica. Sostituzione della batteria non facile ed intuitiva.
Modalità di lavoro dello strumento max 28 punti	Velocità di rilevazione delle temperature, accuratezza della misura e facilità di lettura, velocità di azzeramento della misura precedente		28	16	28	
Modalità di disinfezione max 22 punti	Disinfezione della punta e semplicità di disinfezione		22	10	22	

LOTTO 3: TERMOMETRI A DISPOSITIVO DIGITALE A CONTATTO						
Criterio	Parametri	Ditta	Punteggio commissione	Punteggio minimo idoneità	Punteggio massimo idoneità	Note commissione
Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura offerta max 20 punti	Caratteristiche costruttive, dimension e peso, maneggevolezza, durata della batteria, dotazione di dispositivi di sicurezza e modalità di utilizzo	GI.PI.GI	20	10	20	I campioni proposti presentano un'ottima tenuta del tappo vano batteria. La presenza delle due alette permette la sostituzione rapida della batteria.
Modalità di lavoro dello strumento max 28 punti	Velocità di rilevazione delle temperature, accuratezza della misura e facilità di lettura, velocità di azzeramento della misura precedente		28	16	28	
Modalità di disinfezione max 22 punti	Disinfezione della punta e semplicità di disinfezione		22	10	22	

de ke le
Nauie Isellieri
Zionam Cephalio



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI TERMOMETRI CLINICI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

VERBALE SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE DI APERTURA DELLA BUSTA C) CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA

Premesso che:

- la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e precisamente il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER).
- il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalle caratteristiche della procedura telematica che assicura la "conservazione" dell'integrità delle offerte, escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche.
- in data 23/11/22, in seduta pubblica virtuale, si è proceduto all'apertura della busta amministrativa ed alla successiva verifica della documentazione presente nella busta amministrativa;
- con nota prot. 2022/0301591/P si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice composta da:
Ing. Maria Morellini - Collaborat. Tecnico profess. / sett. Tecnico - Tecnico Biomedico - Area dipartimentale risorse strutturali e tecnologiche – U.O. Fisica medica e Ingegneria clinica, Cesena;
Dott. Matteo Dal Muto - Dirigente Farmacista - Farmacia ospedaliera Direzione assistenza farmaceutica - Direzione ass. farmacia centralizzata, Pievesestina;
Dott. Francesco Oppido - Infermiere Pediatria, Ravenna.
- in data 28/11/2022, il Rup, in seduta pubblica virtuale, ha proceduto allo sblocco delle offerte tecniche e successivamente in modalità sicura e riservata ha trasmesso la documentazione al presidente della Commissione Giudicatrice;
- la Commissione Giudicatrice ha provveduto, ai sensi della documentazione di gara, alla valutazione tecnica delle offerte in base alla documentazione presentata sia per accertarne la corrispondenza ai requisiti di minima, pena l'esclusione, che per l'attribuzione dei giudizi/coefficienti di qualità ai parametri specifici, indicati nella documentazione di gara;
- Il Presidente della Commissione Giudicatrice, delegato dalla Commissione Giudicatrice, ha provveduto:
 - all'inserimento materiale delle valutazioni di idoneità e dei giudizi espressi/valore coefficienti sulla piattaforma informatica Sater che il sistema ha effettuato automaticamente il calcolo e l'attribuzione dei punteggi tecnici finali per ciascun lotto;
 - alla consegna del verbale della Commissione Giudicatrice al Rup;

Tutto ciò premesso

Il giorno 10/03/2023 alle ore 10:00, si apre la terza seduta pubblica virtuale, per l'apertura della busta C) offerta economica; ad essa possono partecipare le ditte concorrenti, collegandosi da remoto al Sistema.

Tutti gli Operatori Economici concorrenti sono stati informati dell'odierna seduta pubblica virtuale per l'apertura delle offerte economiche Busta C), tramite comunicazione sulla piattaforma informatica Sater del 07/03/2023 PI 071934-23

Si prende atto che sono andati deserti i lotti n. 4, n. 5, n. 6 e che le offerte valutate non conformi ai requisiti tecnici, o che non abbiano superato la soglia minima di sbarramento di punti 36 attribuiti all'offerta tecnica, non sono ammesse alla fase di apertura delle buste economiche e il sistema, automaticamente, non ne consente l'apertura.

Il responsabile del procedimento, mediante il collegamento alla piattaforma SATER, dà avvio alle seguenti operazioni:

- apre la terza seduta pubblica da remoto, consentendo in tal modo agli Operatori Economici la visibilità dei risultati delle valutazioni di qualità effettuate dalla Commissione Giudicatrice;
- constata che le buste economiche si presentano nello stato "chiusa" per tutti gli O.E. dando atto che la gestione telematica della gara garantisce l'immodificabilità e l'inviolabilità delle offerte,
- attiva lo sblocco delle Buste C) "offerte economiche".
- procede, per singolo lotto e per ciascun concorrente, all'apertura delle buste economiche dei partecipanti ammessi al prosieguo della gara accedendo a ciascuna offerta presentata per singolo lotto da ciascuna ditta partecipante.

Per ciascuna offerta sbloccata, il RUP controlla la presenza nominale dei documenti richiesti nella lettera invito e dà atto che il sistema in automatico verifica la validità dei certificati di firma digitale.

Le operazioni proseguono sino al completamento dello sblocco di tutte le offerte economiche.

Si precisa che la documentazione viene scaricata su memoria digitale.

Per ciascun lotto, Sater, in modalità automatica secondo quanto previsto in lettera invito, calcola i punteggi da attribuire alle offerte economiche e procede alla formulazione della graduatoria finale /proposta di aggiudicazione

Dalle operazioni eseguite la graduatoria in seguito ad apertura delle offerte economiche, risulta essere quella riportata nel riepilogo finale riportato in piattaforma.


Si precisa che prima di giungere all'aggiudicazione definitiva si procederà ad effettuare le verifiche di anomalia ex art.97 D.Lgs. 50/2016 e gli accertamenti sui requisiti previsti dal D. Lgs 50/2016 in capo all'aggiudicatario di ciascun lotto in gara. In ogni caso l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dal D.Lgs.50/2016.

Alle ore 15:00 si chiude la seduta, tuttavia il Rup dispone che sulla piattaforma informatica SATER la seduta virtuale rimanga aperta per consentire agli O.E la massima visibilità relativamente ai punteggi delle offerte e alla graduatoria finale proposta dalla piattaforma.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Responsabile del procedimento

Alessandra Pongeggi



Procedura negoziata mediante richiesta d'offerta per la fornitura di termometri clinici per la misurazione della temperatura corporea per l'Azienda Usi Della Romagna – Num. di Gara: 8684046

RELAZIONE VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE
(art. 97 del D. Lgs n. 50/16 e, s.m.i.)

PREMESSO CHE:

- Con lettera invito rubricata al prot. n. 2022/0270662/P (Invito dall' Avviso PI097648-22) è stata indetta una procedura negoziata mediante richiesta d'offerta per la fornitura di termometri clinici per la misurazione della temperatura corporea con l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 D.Lgs.50/2016;
- la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e precisamente il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER o sistema);
- a seguito di seduta pubblica virtuale di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 10/03/2023, il sistema ha automaticamente formulato e proposto la graduatoria provvisoria per ciascun oggetto e ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs n. 50/16, sono state identificate, le offerte presunte anomale;
- le offerte risultate presunte anomale sono le seguenti:

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico
1	LAMONEA S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00
1	MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.	II Classificato	2	96,43	67,00	29,43
1	GI.PI.GI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GIOVANNI PIERO GIRIBALDI & C.		3	95,45	68,00	27,45
2	GI.PI.GI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GIOVANNI PIERO GIRIBALDI & C.	Aggiudicatario proposto	1	96,00	66,00	30,00
3	GI.PI.GI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GIOVANNI PIERO GIRIBALDI & C.	Aggiudicatario proposto	1	97,77	70,00	27,77
3	LAMONEA S.R.L.	II Classificato	2	90,00	60,00	30,00
3	MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.		3	87,46	60,00	27,46

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP ha inizialmente preso in esame le giustificazioni presentate dando preliminarmente atto che la finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che offerte troppo basse esponcano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta.

A seguito dell'esame, che ha avuto luogo in data 27/03/2023, delle giustificazioni rese a corredo delle offerte per :

Lotto 1 Lamonea S.r.l., si rileva che l'offerta presenta, nel complesso, un equilibrio economico unito al conseguimento di un utile di impresa tale da garantire una fornitura qualitativamente adeguata come emerso nella valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice. Ciò considerato, il responsabile del procedimento ritiene che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta in contesto che, pertanto, risultano essere congrue e non anomale.

Lotto 1 Megapharma Ospedaliera S.r.l., si rileva che l'offerta presenta, nel complesso, un equilibrio economico unito al conseguimento di un utile di impresa tale da garantire una fornitura qualitativamente adeguata come emerso nella valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice. Ciò considerato, il responsabile del procedimento ritiene che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta in contesto che, pertanto, risultano essere congrue e non anomale.

Lotto 1 Gi.pi.Gi, si rileva che l'offerta presenta, nel complesso, un equilibrio economico unito al conseguimento di un utile di impresa tale da garantire una fornitura qualitativamente adeguata come emerso nella valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice. Ciò considerato, il responsabile del procedimento ritiene che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta in contesto che, pertanto, risultano essere congrue e non anomale.

Il lotto 2 Gi.pi.Gi, ., si rileva che l'offerta presenta, nel complesso, un equilibrio economico unito al conseguimento di un utile di impresa tale da garantire una fornitura qualitativamente adeguata come emerso nella valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice. Ciò considerato, il responsabile del procedimento ritiene che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta in contesto che, pertanto, risultano essere congrue e non anomale.

Il lotto 3 Gi.pi.gi si rileva che l'offerta presenta, nel complesso, un equilibrio economico unito al conseguimento di un utile di impresa tale da garantire una fornitura qualitativamente adeguata come emerso nella valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice. Ciò considerato, il responsabile del procedimento ritiene che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta in contesto che, pertanto, risultano essere congrue e non anomale.

Il Lotto 3 Lamonea si rileva che l'offerta presenta, nel complesso, un equilibrio economico unito al conseguimento di un utile di impresa tale da garantire una fornitura qualitativamente adeguata come emerso nella valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice. Ciò considerato, il responsabile del procedimento ritiene che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta in contesto che, pertanto, risultano essere congrue e non anomale.

Il Lotto 3 Megapharma Ospedaliera si rileva che l'offerta presenta, nel complesso, un equilibrio economico unito al conseguimento di un utile di impresa tale da garantire una fornitura qualitativamente adeguata come emerso nella valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice. Ciò considerato, il responsabile del procedimento ritiene che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta in contesto che, pertanto, risultano essere congrue e non anomale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Alessandra Pongeggi

